**F O R M U L A R Z  C E N O W Y** **Załącznik nr 2 do SWZ**

**Pakiet nr 73 Siatki niewchłanialne**

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | Siatki niewchłanialne, makroporowe, polipropylenowe, lekkie z włokna monofilamentoego z wplecioną niebieską nicią, stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m2 (+/-10%) całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/-10%), porowatość 91% (+/-5%), wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 um | | | | | | | | | |
| 1 | Rozmiar 8x 15 cm | | 30 | szt. | | | | | | |
| 2 | Rozmiar 15 x 15 cm | | 30 | szt. | | | | | | |
| **II** | Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu, czas absorbacji 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, wielkość porow 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm. Rozmiar 10x15 cm | | 1 | szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | **x** | | | x | x |

Wymagania:

**Podpis Wykonawcy**

w każdym opakowaniu z siatką musi być minimum 5 metryczek zawierających:

- kod produktu
- lot produktu
- data ważności
- data produkcji
- rozmiar
- producent
- kod kreskowy

**Pakiet nr 74 Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet**

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,5 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość max 50 cm, szerokość min. 10 mm, grubość do 0,5 mm. Brzegi taśmy zakończone pętelkami, Systematyczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy. | | 10 | szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | **x** | | | x | x |

**Podpis Wykonawcy**

**Pakiet nr 75 System leczenia wypadania macicy**

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzony jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360º. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej – gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość systematycznego umieszczania implantu pod szyję pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo – kolcowych oraz wewnątrz mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość statki 0,5 µm, wielkość porów 0,5 – 1 mm. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | | 5 | szt. | | | | | | |
| 2 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360º. Zestaw składa się z 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | | 5 | szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | **x** | | | x | x |

**Podpis Wykonawcy**

**Pakiet nr 76 Stapler jednorazowy do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń; siatki chirurgiczne**

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapler jednorazowego użytku 80 mm do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera szew w postaci dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy. Wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przez zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu. | | 15 | szt. | | | | | | |
| 2 | Stapler jednorazowego użytku 60 mm do wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń,po zamknięciu staplera szew w postaci dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy, wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu | | 15 | szt. | | | | | | |
| 3 | Stapler liniowy aplikuje podwójną linię tytanową zszywek ułożonych naprzemiennie, wybór rozmiaru długości szwów 30 – 90mm oraz zszywek do tkanki o grubości 3,5 – 4,8mm | | 10 | szt. | | | | | | |
| 4 | Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropelenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna wielkośc porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46g/m2. Rozmiar 10 cm x 15 cm | | 50 | szt. | | | | | | |
| 5 | Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12 x 8 cm z klapką lewostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowanie w jednym kierunku, niebarwiony . Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła, rozmiar 3-0 | | 10 | szt. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Siatka chirurgiczna do zaopatrzenia przepuklin pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanialnymi mikrohaczykami monofilament poliestrowy i polilaktydowy waga siatki po wchłonięciu 38g/m2. Rozmiar 12x 8 z klapką prawostronną plus szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jedynym kierunku, niebarwiony, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach -90%, po 14 dniach -75%. Okres wchłaniania 90-110 dni. Długość szwu 30 cm, igła 19 mm, 3/8 koła. Rozmiar 3-0 | | 10 | szt. | | | | | | |
| 7 | Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z 5 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową/ Urządzenie zawiera 15 wchłanialnych wkrętów spiralnych | | 6 | szt. | | | | | | |
| 8 | Urządzenie mocujące do siatek typu TACER z 5 mm wchłanialnymi wkrętami do siatek zakładanych metodą laparoskopową. Urządzenie posiada 30 wchłanialnych wkrętów spiralnych | | 6 | szt. | | | | | | |
| 9 | Unikalnie zaprojektowana anatomiczna siatka, miękka, elastyczna, termoformowana w kształt 3D z wyraźnymi krawędziami z dużym rozmiarem porów, zapewniającym przeźroczystość, rozróżnianie na strony prawą i lewą w rozmiarze 10 x 15 cm ( 20 prawych i 20 lewych ) | | 40 | szt. | | | | | | |
| 10 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń w tym limfatycznych do 7mm włącznie oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18cm, trzon obracany o 180 °C, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, sterylne, jednorazowe, kompatybilne z posiadanym generatorem. | | 12 | szt. | | | | | | |
| 11 | Precyzyjne kleszczyki do rozdzielania i uszczelniania naczyń krwionośnych i limfatycznych do 7 mm włącznie oraz pęczków tkankowych, długość narzędzia 21cm, długość szczęk 21,6mm, szczęki zagięte pod kątem 40 stopni, aktywowane ręcznie z wbudowanym nożem działającym niezależnie od trybu zespolenia, z przewodem, sterylne, jednorazowe, kompatybilne z posiadanym generatorem. | | 12 | szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | x | | | x | x |

**Podpis Wykonawcy**

**Pakiet nr 77 Siatka do zaopatrywania przepukliny pachwinowej met. Laparoskopową**

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siatka do przepuklin pachwinowych laparskopowo, ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego o wadze 42g/m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozróżnianie na stronę prawą i lewą.<br>Medium lewa 7,9 x 13,4<br>Large lewa 10,3 x 15,7<br>Large lewa 12,2 x 17<br>Medium prawa 7,9 x 13,4<br>Large prawa 10,3 x 15,7<br>Large prawa 12,2 x 17 | | 30 | szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | x | | | x | x |

**Podpis Wykonawcy**