**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**
**w Obornikach**
***64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2***
***tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info***
***CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009***

***L.*** Dz. ZPDK/06/16/81 Oborniki, dnia 02.01.2017r

Wg rozdzielnika

**Znak sprawy: ZPD/06/16**

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1 x użytku, opatrunków, szwów, implantów, narzędzi chirurgicznych i innych dla SP ZOZ w Obornikach ogłoszonego w dniu 01.12.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**
**część I**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 1** drut kostny z końcówką gwintowaną o długości min. 15 mm ?
zdjęcie poglądowe jak niżej.



**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 3** druty do wiązania odłamów o długości 10 m ?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 5d** wiertło o długości 200 mm ?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 5e** wiertło o długości 145mm ?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 27 poz. 1 igły typu Pencil Point o atraumatycznym szlifie w rozmiarze 26G x 4 ¾’ (12cm) z kompatybilną prowadnicą w rozmiarze 20G x 38 mm.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w pakiecie 27 poz. 1, 4-6 Zamawiający wymaga aby igły P-P były pakowane razem z kompatybilnymi prowadnicami w jednym sterylnym opakowaniu.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

7. Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 21** na wydzielenie niżej wymienionych pozycji i utworzenie nowego np. pakiet nr 21 A ?
**Pozwoli to wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.**

Pakiet nr 21

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość na 12 m-cy | cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Drut Kirshnera** | | | | | | | | | |
| a | fi 1,0 mm L 150 mm | szt | 30 | | | | | | | |
| b | fi 1,0 mm L 310 mm | szt | 10 | | | | | | | |
| c | fi 1,2 mm L 150 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| d | fi 1,2 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| e | fi 1,4 mm L 150 mm | szt | 40 | | | | | | | |
| f | fi 1,4 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| g | fi 1,6 mm L 150 mm | szt | 30 | | | | | | | |
| h | fi 1,6 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| i | fi 1,8 mm L 150 mm | szt | 30 | | | | | | | |
| j | fi 1,8 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| k | fi 2,0 mm L 150 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| l | fi 2,0 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| ł | fi 2,2 mm L 150 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| m | fi 2,2 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| n | fi 2,4 mm L 150 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| o | fi 2,4 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| p | fi 3,0 mm L 150 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| r | fi 3,0 mm L 310 mm | szt | 20 | | | | | | | |
| 3 | **Druty do wiązania odłamów L - 5 m** | | | | | | | | | |
| a | fi 0,7 mm | szt | 1 | | | | | | | |
| b | fi 0,9 mm | szt | 1 | | | | | | | |
| c | fi 1,0 mm | szt | 1 | | | | | | | |
| d | fi 1,2 mm | szt | 1 | | | | | | | |
| e | fi 1,5 mm | szt | 1 | | | | | | | |
| 4 | **Grotowkręt Steinmanna** | | | | | | | | | |
| a | fi 5 L - 200 | szt | 5 | | | | | | | |
| b | fi 5 L - 120 | szt | 5 | | | | | | | |
| c | fi 5 L - 150 | szt | 5 | | | | | | | |
| d | fi 5 L - 280 | szt | 5 | | | | | | | |

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji. Pakiet zostaje bez zmian.**

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 27 poz. 7 igły do nakłuć mostka w rozmiarze 16G z regulacja długości do max 68mm.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

9. Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 3,6 cm i szerokość ostrza wraz z obudową 4 cm?
Czy Zamawiający dopuści golarkę objętą stawką 23% VAT?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopusza ostrza o szerokości 3,6 i obudową 4 cm. Natomiast nie wyraża zgody na golarkę objęta stawką 23%.**

10. Dotyczy Pakietu 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 4,3 cm ?
Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu, gdyż omyłkowo opis przetargowy chyba jest nie kompletny.
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Ilość sztuk w opakowaniu 50 szt.**

11. Dotyczy Pakietu 49, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu 49 poz. 6 – niestety ten opatrunek nie jest już dostępny.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.**

12. Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 1 dopuści zamknięty systemem bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę typu Split septum (dezynfekcja przed i po użyciu), prosty tor przepływu. Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji) System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Pakowany pojedynczo, sterylny, zgodny z wymogami normy 10555-5.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 2 dopuści system bezigłowy z dwuświatłową poliuretanową przedłużką o długości 10cm każda, objętość wypełnienia 0,34 ml, średnica 1,50 x 2,50mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 3 dopuści system bezigłowy z trzyświatłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, objętość wypełnienia 0,4 1ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

15. Dotyczy Pakietu 7, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści przewód łączący do końcówki do pola operacyjnego w rozmiarze Ch 24, tj. o średnicy zewnętrznej 8 mm?
**Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

16. Dotyczy Pakietu nr 66 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści sterylny żel w ampułkostrzykawce posiadającej skalę o pojemności 12 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

17.Dotyczy pakietu nr 95 pozycji nr 27
Czy zamawiający dopuści kleszcze do cięcia drutu do 2,5 mm szczeki odgięte o dł. 21 cm ?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

18. Dotyczy pakietu nr 95 pozycji nr 41
Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w nazwie ” De Makey” ? Czy zamawiającemu chodzi o De Bakey ? Czy kleszczyki mają być proste czy zagięte ?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiającemu chodziło o „De Bakey”. Kleszczyki mają być zgięte.**

19. Dotyczy pakietu nr 71 pozycji 5
Zwracamy się z prośbą o przeniesienie pozycji 5 do Pakietu nr 16 oraz oraz o dopuszczenie elektrody o pow. 108cm2 o wymiarach 164x116 mm?
Przeniesienie pozycji 5 spowoduje spadek kosztów poniesionych przez zamawiającego ponieważ w pakiecie 16 pozycji nr 7 widnieje już elektroda bierna uniwersalna do każdego rodzaju aparatów używanych w Państwa Szpitalu .
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie.**

20. Dotyczy pakietu nr 71 pozycji nr 8
Prosimy o wydzielenie pozycji 8 do oddzielnego pakietu,wydzielenie spowoduję większą konkurencyjność składanych ofert.
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.**

**21. Dotyczy zapisów siwz**
Czy zamawiający przedłuży termin dostawy w pakiecie nr 95 do 30 dni roboczych od momentu złożenie

zamówienia ?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu.**

22. Dot. Pakietu nr 90
1) Poz. 35: w związku z określeniem „okr.okrągła – tnąca" prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga igły okrągłej czy też okrągło tnącej?
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga igły okrągło – tnącej.**

2) Poz. 36: w związku z określeniem „okr. Wzmocniona, okrągła – tnąca" prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga igły okrągłej wzmocnionej czy też wzmocnionej okrągło – tnącej?
**Odpowiedź: Zamawiający, wymaga igły wzmocnionej.**

3) Poz. 38: w związku z określeniem"okr. Wzmocniona, okrągła – tnąca" prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga igły okrągłej wzmocnionej czy też wzmocnionej okrągło – tnącej"?
**Odpowiedź: Zamawiający, wymaga igły wzmocnionej.**

4) Poz. 39 Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocniona pozostałe paremetry bez zmian?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

23. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?
**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieruy w kratkę.**

24. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nadruk ma być na zewnątrz czy do wewnątrz rolki?
**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nadruk na być do wewnątrz rolki.**

25. Pakiet nr 6 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości rękawic nitrylowych. Czy Zamawiający oczekuje 4500 opakowań a ‘ 100 sztuk czy też a’ 200 sztuk?
**Odpowiedź: Zamawiający, oczekuje 4500 opakowań a'200 sztuk.**

26. Czy Zamawiający **w pakiecie nr 31, w pozycji 40** w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, z przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, z poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie rurki, sterylną, w rozmiarach 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

27. Czy Zamawiający **w pakiecie 31, w pozycji 48** dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w RTG, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach?
**Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

28. Czy Zamawiający **w pakiecie 31, w pozycji 49** dopuści zestaw do drenażu opłucnej wyskalowany do objętości co najmniej 2000ml, z portem do pobierania próbek usytuowanym w dolnej części tylnej ściany drenażu, z pojedynczym drenem łączącym bez lateksowym z wbudowanym zabezpieczeniem przez zagięciem, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?
**Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

29. Dotyczy pakietu nr 48:
1. Czy Zamawiający dopuści w przetargu port bezigłowy w innym kolorze niż niebieski - w pomarańczowym lub przezroczystym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 i poz.3 bezigłowy port o średnicy wewnętrznej 2,5 mm oraz z drenem o długości 10 cm?

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

30. Dotyczy Pakiet 67
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maty na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi w co najmniej 4 miejscach o wymiarach 81cm x 122cm.
Pozwoli na złożenie oferty równoważnego produktu w konkurencyjnej cenie.
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga maty zgodnie z SIWZ.**

31. Pakiet 30 poz. 1-7, 14-19

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

**Odpowiedź:Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do Pakietu nr 30A: pozycje 1-7 oraz 14-19. Z związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający na art. 12 ust. 2 pkt. 1 przedłuża termin składania wniosków do składania ofert na dzień 18.01.2017r. Godz. 10.00, otwarcie godz, 11.00**

32. Pakiet 41 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w rozmiarze 0,90 x 200m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

33. Pakiet 41 poz. 7, 8:

Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z parametrami SIWZ pakowane a'3szt. lub a'5szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

34. Pakiet 41 poz. 21, 22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe zgodne z parametrami SIWZ pakowane a'2 szt. Cena podana zostanie za jedną sztukę wyrobu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

35. Pakiet 1, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne w rozmiar arze 38 x 25 mm?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

36. Pakiet 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści papier składający się z 150 składek z przeliczeniem zamawianej ilości?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

37. Pakiet 1, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści elektrody w opakowaniu a'30 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości na 834 opakowania?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

38. Pakiet 1, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz w rozmiarze 180mmx180mm?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

39. Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 15 x 35 cm?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

40. Pakiet 6, pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie ilości opakowań tzn. czy Zamawiający oczekuje 4500 opakowań pakowanych a ‘100szt a 2250 opakowań a ‘200szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający, odpowiedział w pytaniu nr 25.**

41. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic, które zostały przebadane na co najmniej 3 substancje chemiczne wymienione w załączniku A do normy EN 374-1 oraz osiągnęły min. 2 poziom ochrony co ma być potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oryginalnym nadrukiem na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawic, które mają spełnić funkcję ochronny rąk i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami mają być trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.**

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 98 poz. 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22** otworów w płytkach owalne, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, zamiast oddzielnych otworów blokowanych i kompresyjnych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 98 poz. 15** płytki do rekonstrukcji dalszej nasady kości udowej bez dodatkowego otworu kompresyjnego w części trzonowej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 98 poz. 19** płytki blokowanej piszczelowej typu L bocznej i typu T przyśrodkowej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. Czy Zamawiający w **Pakiecie 98 poz. 15 poz. 38** dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących do gwoździ anatomicznych według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanym gwoździem? Śruby z gniazdami sześciokątnymi zamiast typu torx.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

46. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 98 poz. 27** dopuści możliwość zaoferowania płytki dynamicznej biodrowej (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150° posiadającej od 2 do 20 otworów, długość L= od 48mm do 336 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

47.Czy Zamawiający **w Pakiecie nr 98 poz. 39** dopuści możliwość zaoferowania śruby DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

48. Czy Zamawiający odstąpi do wymogu użyczenia napędu wiertarskiego w zakresie Pakietu nr 98?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi.**

**49. Dot. pakietu 5 poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny o pojemności 2000 ml z dwiema wkładkami absorbującymi o wymiarach 9,5 cm x 9,5 cm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

50. Dot. pakietu 5 poz. 2,3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny o pojemności 2000 ml wykonaną z transparentnego materiału co ułatwia łatwe rozpoznanie krwi w płynie; wyskalowaną co 100 ml; worek posiada również skalę do pomiaru małych objętości co 10 ml w zakresie od 0 do 90 ml, która umożliwia pomiar nawet najmniejszej ilości zebranej treści i uwzględnienie jej w bilansie płynów uchwyt wykonany z tworzywa o anatomicznym kształcie dopasowującym się do kształtu twarzy; uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie; odcinając przy tym źródło przykrego zapachu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

51. Dot. pakietu 7

Prosimy o dopuszczenie systemu wkładów workowych typu Serres o pojemności 1000ml [poz.3], 2000ml wykonanych z poliolefiny [dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych (umożliwia on również bezpieczne żelowanie wkładu czystego jak i odessaną wydzieliną) oraz tylko jeden króciec – do pacjenta (co całkowicie eliminuje możliwość niewłaściwego połączenia, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady są kompatybilne z pojemnikami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości. Wkłady wyposażone w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Każdy wkład wyposażony jest w zatyczkę do portu pacjenta. Data produkcji umieszczona jest na każdym wkładzie (ważność 5 lat od daty produkcji) Wkłady workowe są wyrobami zaliczanymi do klasy I . Dla tej klasy produktu zgodnie z porządkiem prawnym nie wymaga się określenia terminu ważności na wkładzie, dlatego prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające podanie fabrycznie nadrukowanej daty ważności , którą jest data produkcji naniesiona na opakowaniu. Kanistry wielorazowe do wkładów wykonane są przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa, wyskalowane co 100ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu (1000ml [poz.1]; 2000ml [poz.2]), kompatybilne z oferowanymi wkładami ,wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzony w uchwyt do mocowania: do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych. Kanistry posiadają przyłącze próżnia/ssanie. Takie rozwiązanie wyklucza możliwość pomyłki w trakcie podłączania systemu , gwarantuje sprawniejszą pracę, skraca czas wymiany wkładu jednorazowego oraz wyklucza konieczność odłączania próżni w trakcie wymiany wkładu. Wszystkie kanistry są kanistrami wielokrotnego użytku z możliwością autoklawowania w temp. 121 stopni C. W przypadku pozytywnej odpowiedzi pozycja 6 pozostanie pusta ponieważ każdy kanister posiada port próżni i nie ma potrzeby zakupu tych łączników.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

52. Dot. pakietu 7 poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 6mm, długości 2m, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu oraz jego zaginaniu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

53. Dot. pakietu 7 poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie drenu w zwoju o długości 50 m (odpowiednie przeliczenie ilości) o średnicy wewnętrznej 8mm, dren o stałym przekroju, produkt wykonany z PCV klasy medycznej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

54. Dot. pakietu 7 poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 210 cm, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu i zaginaniu się drenu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

55. Pakiet 26, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,5x25, zamiast 0,5x40. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

56. Pakiet 28, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

57. Pakiet nr 86, pozycja 3 i 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 90cm?
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**58. Dotyczy pakietu 16, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową, owalną; wymiary 25x2,6mm (długość samego ostrza 13mm), wtyk 4mm, dł. 62mm?



**Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**59. Dotyczy pakietu 16, poz. 4**

Czy Zmawiający dopuści opisany uchwyt monopolarny z wtykiem 3-pinowym? Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć adaptery umożliwiające podłączenie uchwytów do aparatów ERBE wraz z pierwszą dostawą uchwytów.
**Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**60. Dotyczy pakietu 16, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk 4mm, dł. 4,5m do diatermii Conmed?
**Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**61. Dotyczy pakietu 16, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną 22,0 cm / końcówka 8 x 2mm?

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**62. Dotyczy pakietu 16, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną, owalną, uniwersalną dla dorosłych i dzieci, jednorazową o powierzchni 110cm2, żelowa, pakowana w opakowaniach handlowych po 100 sztuk (5 sztuk w saszetce), dzielona po obwodzie?

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**63. Dotyczy pakietu 16, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści czyścik elektrod monopolarnych jednorazowy o wymiarach 4,2 x 4,2cm?

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**64. Dotyczy pakietu 71, poz. 5**

Czy Zamawiający ma na myśli 15 opakowań po 100 sztuk elektrod?

**Odpowiedź:Tak,**

**65. Dotyczy pakietu 71, poz. 8**

Czy Zamawiający ma na myśli 405 opakowań po 50 sztuk, tj. 20250 sztuk uchwytów?

**Odpowiedź:Nie, Zamawiający 15 opakowanń po 50 sztuk.**

66. Dotyczy pakietu 71, poz. **9**

Czy Zamawiający ma na myśli 2 opakowania po 50 sztuk czyścików?

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający na myśli 2 opakowania po 50 sztuk.**

67. Dotyczy pakietu 71, poz. 11-13

Czy Zamawiający ma na myśli opakowania po 5 sztuk elektrod?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli 1 opakowanie po 5 sztuk.

**68.** Dotyczy Pakietu 41
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 41-ego pozycji 21-22, 24-27. Pozwoli to nam wziąć udział w przetargu w ramach tego pakietu, a Państwu zyskać konkurencyjnego cenowo i bardzo dobrego jakościowo oferenta.
**Odpowiedź:Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela z 41 poz. 21-22;24-27 i tworzy Nowy pakiet nr 41A z wydzielonymi pozycjami (21-22;24-27). Z związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający na art. 12 ust. 2 pkt. 1 przedłuża termin składania wniosków do składania ofert na dzień 18.01.2017r. Godz. 10.00, otwarcie godz, 11.00**

**69.** Dotyczy Pakietu 28 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a'80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Zmiana ilości w opakowaniu zbiorczym w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania produktu.
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**70.dotyczy pakietu 28 poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuj, aby w zestawie do zamkniętego systemu odsysania znajdowały się naklejki w języku polskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby naklejki były w języku polskim.**

**71. Pakietu 28 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji mikrobiologiczne czysty, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

72. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 10
Czy Zamawiający wymaga sterylnego worka do zbiórki moczu z zaworem typu „T" zapewniającym większą szczelność układu oraz poprawiającym komfort pracy personelu?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

73. Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu - komora kroplowa o długości 6 cm z filtrem płynu o wielkości oczek 15qm, kolec komory kroplowej z odpowietrznikiem i filtrem 0,45 qm, wyposażony w zacisk rolkowy oraz precyzyjny regulator przepływu, regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą: - pierwsza skala używana do określenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 10% o zakresie regulacji od „off" do 250 ml/h, druga skala do określenia przepływu płynów o lepkości od 10% do 40% o zakresie regulacji od „off" do 200 ml/h, dren o długości 150 cm z portem Y, wolny od ftalanów?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

74. Dotyczy pakietu nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 66cm x 60cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**XXXXX XXXXX XXXXX**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) wyznacza nowy termin składania ofert na **dzień 23.01.2017r.**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:**

**SIWZ część II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 99 Pakietów** z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego Pakietu"

2. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „(...) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dwie wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

| | |
|---|---|
| Pakiet nr 30 | 5952,00 zł |
| Pakiet nr 30A | 4109,00 zł |
| Pakiet nr 41 | 32 325,00 zł |
| Pakiet nr 41A | 5774,00 zł |

**3. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „informacja z banku (...) w kwocie co najmniej:**

| | |
|---|---|
| Pakiet nr 30 | 2381,00 zł |
| Pakiet nr 30A | 1644,00 zł |
| Pakiet nr 41 | 12 930,00 zł |
| Pakiet nr 41A | 2310,00 zł |

**4. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „opłacona polisa (...) w wysokości co najmniej:** (…)

| | |
|---|---|
| Pakiet nr 30 | 5952,00 zł |
| Pakiet nr 30A | 4109,00 zł |
| Pakiet nr 41 | 32 325,00 zł |
| Pakiet nr 41A | 5774,00 zł |

**5. SIWZ część XII pkt ppkt 6 lit. a) „Oferta przetargowa" otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do** dnia **18.01.2017r.**. godz. 11:00".

6. SIWZ część XI pkt 6 lit. b) „Wadium przetargowe" otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **18.01.2017r.**. Godz. 10:00".

7. SIWZ część XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do **dnia 18.01.2017r.** do godz. 10:00 w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek Administracji, wejście B."

8. SIWZ część XII pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Siedzibie Zamawiającego (adres jak w ust 4 część XIV SIWZ) w sali nr

17, **dnia 18.01.2017r.**. o godz. 11:00.”

9. SIWZ część IX pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do **dnia 18.01.2017r.** o godz. 09:50. (...)”

10. SIWZ część XVI pkt 2 otrzymuje brzmienie: Wadium dla poszczególnych Pakietów wynosi:

| | |
|---|---|
| Pakiet nr 30 | 119,00 zł |
| Pakiet nr 30A | 82,00 zł |
| Pakiet nr 41 | 646,00 zł |
| Pakiet nr 41A | 115,00 zł |

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

**DYREKTOR**
**/-/**
**mgr Małgorzata Ludzkowska**