Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/13/17/ 13/18

Oborniki, dnia 29.01.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/13/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych,** ogłoszonego w dniu 29.12.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ 1 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach 80x50x35 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 3,6 cm i szerokość ostrza wraz z obudową 4 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szerokość ostrza 3,6 cm i szerokość ostrza wraz z obudową 4 cm.

3. Pakiet 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści golarkę objętą stawką 23% VAT?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pakiet 58, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość ostrza 4,3 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szerokość ostrza 4,3 cm.

5. Pakiet 58, pozycja 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a'50 sztuk, gdyż opis przetargowy jest nie kompletny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli opakowanie a'50 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w **Pakiecie nr 58 poz. 2** na opis następującej treści: Golarka 1 x użytku wykonana ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem 4,5 cm,golenie na sucho i mokro bez zadraśnięć i podrażnień, łatwa do spłukiwania, wyposażona w grzebień zapobiegający zapchaniu się ostrza,wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok **golonego obszaru /opak. 50 szt/**

6. Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie nr 51 pozycja nr 30** szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane szczoteczki cytologiczne spełniały wymogi wyrobu medycznego.

7. Czy zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 51 pozycję nr 30** do odrębnego pakietu? Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 71 pkt nr 1 i 2 pętle endoskopowe o długości 240 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

9. Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 70:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w **Pakiecie nr 70 poz. 1**: Chwytaki do politektomii (dł. 230 cm - w myśl odpowiedzi zamawiającego z dnia

02.01.2017 – wykreśla się treść zawartą w nawiasie a **dodaje się właściwą: „5-palczasty, śr. spirali (węża) 2,6 mm, długość 230 – 240 cm"**

10. Poprawa omyłki pisarskiej dotycząca terminu dostawy – wzór umowy dostawy – załącznik nr 7 do SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia omyłkę pisarską we wzorze umowy dostawy – załącznik nr 7 do SIWZ w §1 ust. 4 i §3 ust 2:

we wzorze umowy jest:

§1 ust. 4

4. Pakiet nr 82 Implanty ortopedyczne: (...)

powinno być:

4. **Pakiet nr 81** Implanty ortopedyczne:

§3 ust 2

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:

a) ..... dni od złożenia zamówienia (5 – 7 dni);

b) Pakiety nr 74, 76, 78, 83, 85: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

c) Pakiet nr 82: .....h od złożenia zamówienia (24 - 72h);

we wzorze umowy powinno być:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:

a) ..... dni od złożenia zamówienia (5 – 7 dni);

b) Pakiety nr 73, 75, 77, 82, 83: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

c) Pakietu nr 81:.....h od złożenia zamówienia (24 – 72h);

11.W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

1. Kierownik Zamawiającego: mgr Małgorzata Ludzkowska

2. Pełnomocnik: Pani Maria Sak

1) Podpisywanie dokumentacji z prac komisji przetargowej
2) Podpisywanie ogłoszeń o wynikach postępowania
3) Podpisywanie zawiadomień do Wykonawców o wyborze oferty

2. Skład Komisji przetargowej:

Przewodnicząca: Maria Sak

Sekretarz: Magdalena Kłossowska

Członek: Karolina Gramza

Członek: Izabela Zięba-Henyk

Członek: Justyna Darowska

Członek: Mariola Grill

3. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania:

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Izabela Zięba – Henyk (sprzęt jednorazowego użytku sterylny, materiały opatrunkowe)

Mariola Grill (szwy, siatki przepuklinowe, narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne, pakiety ortopedyczne)

Magdalena Kłossowska, Maria Sak (sprzęt jednorazowego użytku niesterylny, urządzenia medyczne)

b) Ustalanie wartości zamówienia: Magdalena Kłossowska, Izabela Zięba-Henyk, Mariola Grill

c) Opis warunków udziału w postępowaniu: Magdalena Kłossowska

d) Kryteria oceny ofert: Magdalena Kłossowska

12. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w rozmiarze od 26 mm do 32 mm, pozostałe parametry staplerów zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów w rozmiarze od 26 mm do 32 mm.

13. Pakiet nr 42

Czy Zamawiający w pozycji I pakietu 42 dopuści zaoferowanie siatek o grubości 0,34 mm i gramaturze 45 g/m^2.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

14. Pakiet nr 42

Czy Zamawiający w pozycji II pakietu 42 dopuści zaoferowanie siatek o gramaturze 27 g/m^2.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

15. Pakiet nr 70

Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu 70 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główki 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczotek o średnicy główki 6 mm.

16. Pakiet nr 71

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

17. **Dot. pakietu 4 poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu do ssaka z filtrem z dwoma wymiennymi wkładami i trzema różnej długości końcówkami z drenem o długości 300cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu do ssaka z filtrem z dwoma wymiennymi wkładami i trzema różnej długości końcówkami z drenem o długości 300cm.

18. **Dot. pakietu 4 poz. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu (wąż) do ssaka o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 200cm, dren posiada dwie uniwersalne końcówki oraz jest wyposażony dodatkowo w zintegrowaną zatyczkę służącą do zamknięcia drenu po zakończeniu ssania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu do ssaka o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 200cm, posiadającego dwie uniwersalne końcówki oraz wyposażonego dodatkowo w zintegrowaną zatyczkę służącą do zamknięcia drenu po zakończeniu ssania.

19. **Dot. pakietu 4 poz. 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji opłucnej z zastawką jednokierunkową, zestaw posiada 3 igły punkcyjne o rożnych średnicach, worek o pojemności 2000ml z zaworem spustowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do punkcji opłucnej z zastawką jednokierunkową, zestaw posiada 3 igły punkcyjne o rożnych średnicach, worek o pojemności 2000ml z zaworem spustowym.

20. **Dot. pakietu 17**

Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne w rozmiarach 28mm- zszywka otwarta 4,8mm, 29mm- zszywka otwarta 4,8mm, 31mm - zszywka otwarta 5mm oraz 33 - zszywka otwarta 5mm, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera okrężnego w rozmiarach 28mm- zszywka otwarta 4,8mm, 29mm- zszywka otwarta 4,8mm, 31mm - zszywka otwarta 5mm oraz 33 - zszywka otwarta 5mm.

21. **Dot. pakietu 57 poz. 3,4**

Prosimy o dopuszczenie systemu wkładów workowych typu Serres o pojemności 1000ml [poz.3], 2000ml [poz.4], wykonanych z poliolefiny dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych (umożliwia on również bezpieczne żelowanie wkładu czystego jak i odessaną wydzieliną) oraz tylko jeden króciec – do pacjenta (co całkowicie eliminuje możliwość niewłaściwego połączenia, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady są kompatybilne z pojemnikami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości. Wkłady wyposażone w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Każdy wkład wyposażony jest w zatyczkę do portu pacjenta. Data produkcji umieszczona jest na każdym wkładzie (ważność 5 lat od daty produkcji) Wkłady workowe są wyrobami zaliczanymi do klasy I . Dla tej klasy produktu zgodnie z porządkiem prawnym nie wymaga się określenia terminu ważności na wkładzie, dlatego prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające podanie fabrycznie nadrukowanej daty ważności , którą jest data produkcji naniesiona na opakowaniu. Kanistry wielorazowe do wkładów wykonane są przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa, wyskalowane co 100ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu (1000ml [poz.1]; 2000ml [poz.2]), kompatybilne z oferowanymi wkładami ,wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzony w uchwyt do mocowania: do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych. Kanistry posiadają przyłącze próżnia/ssanie. Takie rozwiązanie wyklucza możliwość pomyłki w trakcie podłączania systemu , gwarantuje sprawniejszą pracę, skraca czas wymiany wkładu jednorazowego oraz wyklucza konieczność odłączania próżni w trakcie wymiany wkładu. Wszystkie kanistry są kanistrami wielokrotnego użytku z możliwością autoklawowania w temp. 121 stopni C. W przypadku pozytywnej odpowiedzi pozycja 6 pozostanie pusta ponieważ każdy kanister posiada port próżni i nie ma potrzeby zakupu tych łączników.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wyżej opisanego systemu wkładów workowych. Zamawiający wymaga zaoferowania systemu z dwoma króćcami.

22. Dot. pakietu 57 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie uniwersalnej zwężki- łącznika kompatybilnego z portem próżni, oraz usunięcia wymogu koloru (czarny) i dopuszczenie zwężek w innych kolorach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. Dot. pakietu 57 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego w opakowaniach po 5m.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenu o długości 5m.

24. Pakiet nr 15 : Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga.

25. Dot. pakietu 59

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny o pojemności 2000 ml wykonaną z transparentnego materiału co ułatwia łatwe rozpoznanie krwi w płynie; wyskalowaną co 100 ml; worek posiada również skalę do pomiaru małych objętości co 10 ml w zakresie od 0 do 90 ml, która umożliwia pomiar nawet najmniejszej ilości zebranej treści i uwzględnienie jej w bilansie płynów uchwyt wykonany z tworzywa o anatomicznym kształcie dopasowującym się do kształtu twarzy; uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie; odcinając przy tym źródło przykrego zapachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torby na wymiociny o wyżej opisanych parametrach.

26. Dot. pakietu 93 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta wyżej opisanego oświadczenia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza w SIWZ (część V pkt 5 ppkt f) oświadczenie o treści: oświadczenie producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli – dotyczy Pakietu nr 93.

27. Dot. pakietu 93 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 93 poz. 1 i 2 o powyższy wymóg.

28. Dot. pakietu 93

Czy zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 93 pod tabelą dodaje się wymóg jak wyżej: Zamawiający wymaga, aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji.

29. Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, tylko w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

30. Dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że korespondencję postępowania wraz z umową przesyła pocztą.

31. Dot. § 3 ust. 3 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 7 do SIWZ)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany towaru. Na etapie składania ofert Wykonawca już wie jaki asortyment zaoferował Zamawiającemu i na podstawie podanego nr katalogowego zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar.

32. Dot. § 6 ust. 1a wzoru umowy dostawy (załącznik nr 7 do SIWZ)

W/w ust. wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie towaru w wysokości 1% wartości zamówionego towaru. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. W przypadku nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar, Wykonawca może poinformować Zamawiającego jak w treści §6 ust 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

33. **Dot. § 6 ust. 1b wzoru umowy dostawy (załącznik nr 7 do SIWZ)**

Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: " ...z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy..."

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację wzoru umowy.

34. Dotyczy Pakietu 10

Czy Zamawiający **w pozycji 14** w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, z przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, z poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie rurki, sterylną, w rozmiarach 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej maski krtaniowej.

35. Dotyczy Pakietu 10

Czy Zamawiający **w pozycji 23** dopuści bezpieczny zestaw z jedną strzykawką spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bezpiecznego zestawu z jedną strzykawką spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

36. Dotyczy umowy **§ 1, pkt. 5**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w pakietach 29 i 30 od wymogu dostarczania faktur w wersji elektronicznej w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB – nie jesteśmy hurtownią farmaceutyczną i nie mamy takich możliwości technicznych do posiadania w/w programu. Prosimy o ewentualne dopuszczenie przesyłania faktury jedynie z formacie pdf.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczania faktur w wersji elektronicznej w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB i modyfikuje zapis w jak niżej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapis wymogu z części III pkt 7 SIWZ oraz wzorów umowy (zał. nr 7 §1 ust 5 i zał. nr 7.1 poprzez dodanie §1 ust. 7 o treści): Wykonawca do jednego zamówienia wystawia tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru. Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0 lub KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która pozwala skopiować asortyment bezpośrednio z poczty elektronicznej, Wykonawca prześle do Zamawiającego również taką wersję faktury. Jeżeli Wykonawca nie posiada opisanej wersji elektronicznej Zamawiający wymaga złożenia faktury w wersji papierowej, a także jeśli to możliwe w wersji Exel lub Word - dotyczy Pakietów nr: 1 – 50; 80 – 83 i 85 – 86.

37. **dot. pakietu nr 74 poz.1**

Prosimy o sprecyzowanie jakiej długości mają być haczyki trójzębne ostre?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania haczyków o długości 16 cm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 74 poz. 1 dopisując długość haczyków 16 cm.

38. **Dot. pakietu nr 74 poz.2**

Prosimy o sprecyzowanie jakiej długości mają być haczyki trójzębne tępe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania haczyków o długości 16 cm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 74 poz. 2 dopisując długość haczyków 16 cm.

39. **Dot. pakietu nr 74 poz.4**

Prosimy o sprecyzowanie jakiej szerokości ma być raspator typu Lambotte dł.21cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania raspatora o szerokości 15mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 74 poz. 4 dopisując szerokość raspatora 15 cm.

40. **Dot. pakietu nr 74 - termin dostawy**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do przedziału 21 – 42 dni od złożenia zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:

1. w części IV pkt 2 ppkt b) i części XVII pkt 1 ppkt 1) lit b) dodaje się, ze warunek dotyczy również Pakietu nr 74

„b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83);"

oraz

2. w §3 ust 2 wzoru umowy poprzez dodanie nr pakietu:

„b) Pakiety nr 73, 74, 75, 77, 82, 83: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

41. **Pakiet nr 19**

Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego o długości 25m w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego rękawa.

42. **Pakiet nr 19**

Pozycje 4-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazę pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy pakowanej pojedynczo.

43. **Pakiet nr 19**

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej 13 nitkowej o szerokości 90 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej 13 nitkowej o szerokości 90 cm.

44. **Pakiet nr 19**

Pozycje 7-8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakowanych 25 x 2 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w innym opakowaniu niż podano w SIWZ.

45. **Pakiet nr 19**

Pozycje 9-11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych z nitką RTG?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

46. **Pakiet nr 19**

Pozycje 21-22. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min, pakowanej po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min, pakowanej po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

47. **Pakiet nr 19**

Pozycja 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z tasiemką radiacyjną i kontrastem RTG?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z tasiemką radiacyjną i kontrastem RTG.

48. **Pakiet nr 20**

Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów o długości 9,2m – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów o dł. 9,2m.

49. **Pakiet nr 20**

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6mm x 76mm pakowane 50 x 3 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów opisanych powyżej.

50. **Pakiet nr 20**

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniuli bez podkładki, w rozmiarze 6cm x 8cm w opakowaniu po 50 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. **Pakiet nr 20**

Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego kompresu z 6-warstwowej włókniny z nacięciem Y, w opakowaniu zgrzewalnym po 2 szt., w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowego kompresu z 6-warstwowej włókniny z nacięciem Y, w opakowaniu zgrzewalnym po 2 szt., w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

52. **Pakiet nr 20**

Pozycja 9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku na ranę 7,2cm x 5cm pakowanego po 50 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego opatrunku na ranę 7,2cm x 5cm pakowanego po 50 szt.

53. **Pakiet nr 20**

Pozycja 15. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego, samoprzylepnego opatrunku z folii poliuretanowej do mocowania cewników centralnych, przepuszczający parę wodną i tlen w rozmiarze 10cm x 15cm pakowany po 50 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

54. **Pakiet nr 20**

Pozycje 10 i 16. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości Pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie konkurentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela poz. 10 i 16 do Pakietu nr 20A.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 10 i 16 do Pakietu nr 20A.
W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:
1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **94 Pakiety**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.
2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 94 Pakietach:
dodaje się Pakiet nr 20A: Materiały opatrunkowe – stabilizator do rurek intubacyjnych, plastry do cewników (pozostała treść bez zmian)
3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a): dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 20A: 40,00 zł (pozostała treść bez zmian)
4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b): dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 20A: 90,00 zł (pozostała treść bez zmian)
5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a): dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 20A: 90,00 zł (pozostała treść bez zmian)
6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 20A: 2,00 zł (pozostała treść bez zmian)

55. **SIWZ rozdział III pkt 6. oraz projekt umowy par. 1 ust. 2**

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj.

ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Wyjaśniamy, że w załączniku nr 2 do SIWZ została określona szacunkowa ilość asortymentu na podstawie zużycia w roku 2017. Wprowadzając zapis w §1 ust 3 wzoru umowy Zamawiający ma na myśli nagłe przypadki, gdy w ramach danego Pakietu zabraknie 1-2 szt czy opakowań. Informujemy, że Zamawiający zamawiać będzie każdą pozycję asortymentu wymienionego w formularzu cenowym w danym Pakiecie.

56. **SIWZ rozdział III pkt 7 (pakiet 9) oraz projekt umowy par.1 ust 5**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej w formacie np. KT0KT1 i dopuszczenie elektrody elektronicznej w formacie pdf.
Wskazanie w siwz wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym formacie (tutaj: *KT0KT1) stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego.
W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie w siwz wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na równych warunkach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 36.

57. **Pakiet 9, poz. 7-12**

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymienionych pozycjach rękawic bezlateksowych wykonanych z chloroprenu, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic bezlateksowych wykonanych z chloroprenu.

58. **Pakiet nr 53 poz. 1**

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru w kratkę.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 53 poz. 1

59. **Pakiet nr 53 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nadruk ma być na zewnątrz czy do wewnątrz rolki?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nadruk ma być wewnątrz rolki.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 53 poz. 2

60. **Pakiet nr 54 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie materiału, z którego ma być wykonana elektroda: pianka czy włóknina? Ogólny zapis o elektrodzie do badań wysiłkowych daje możliwość złożenia oferty na różnego rodzaju elektrody a tym samym różną jakość i cenę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elektroda do badań wysiłkowych ma być wykonana z pianki.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 54 poz. 1

61. **Pakiet nr 60 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości rękawic nitrylowych. Czy Zamawiający oczekuje 8000 opakowań a ' 100 sztuk czy też 8000 opakowań a' 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 8000 opak. A'100 szt rękawic.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 dla Pakietu nr 60 poz. 1

62. **Projekt umowy - §3 ust. 1**

Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy dla wszystkich pakietów wymaga dwóch różnych miejsc dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla sprzętu sterylnego miejscem dostawy jest apteka szpitalna, dla sprzętu niesterylnego magazyn gospodarczy. Zamawiający zaznaczy miejsce dostawy dla danego Pakietu w momencie podpisania umowy.

63. **Projekt umowy - §6 ust. 1 lit.b**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na np. 5% lub 10% wartości części niezrealizowanej umowy. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie rażąco wysokie (Zamawiający żąda 50 % wartości pakietu nawet w sytuacji gdy np. 90% zostało już zrealizowane lub 2000 zł) i tym samym krzywdzące dla wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmienę kary umownej. Zgodnie z §1 ust. 6 w przypadku upłynięcia 12 m-cy trwania umowy Zamawiający uznaje wykonanie zamówienia, jeżeli zostanie wykorzystane 80% wartości umowy.

64. **Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z załącznikiem nr 2 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wymienić go na właściwy w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną"?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie istniejącego zapisu.

65. **Dotyczy wzoru umowy § 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień"?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego ustępu.

66. **Dotyczy zapisów umowy § 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 4 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia"?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

67. **Dotyczy wzoru umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedaż wierzytelności przez Wykonawcę osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jest nie dopuszczalna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje zapis wzoru umowy w §5 w załączniku 7, 7.1, 7.2. Do istniejącego zapisu dodaje się: „Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić". Zapis §5 przyjmuje treść: „Sprzedaż wierzytelności przez Wykonawcę osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jest nie dopuszczalna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

68. **Dotyczy wzoru umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedaż wierzytelności przez Wykonawcę osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jest nie dopuszczalna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić"?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie istniejącego zapisu.

69. **Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2 000 zł na 1 000 zł oraz odpowiednio z 50% na 25%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości jary umownej.

70. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie została wszczęta wobec niego likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

71. Czy Zamawiający w pakiecie 70, poz. 1 ma na myśli chwytaki wielorazowego użytku palczaste?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający ma na myśli chwytaki wielorazowego użytku palczaste.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis

przedmiotu zamówienia w załączniku 2 o zapis, ze chwytaki mają być wielorazowego użytku.

72. **Pytanie do pakietu 85:**

Czy Zamawiający dopuści równoważny substytut kości - materiał syntetyczny składający się z 100% β-TCP - fosforan trójwapniowy, całkowicie wchłanialny, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie od 1 do 6 miesięcy, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość granulatu: 90%; wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa, granule o średnicy 3-4 mm, dostarczany w sterylnych opakowaniach o gramaturze 10 g i 20 g?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego substytutu kości.

dot. zapisów wzoru umowy dostawy – Załącznik nr 7:

73. **Czy w § 1 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 lit c) nie nastąpiła omyłka i czy powinno być pakiet nr 81 zamiast 82?**

Odpowiedź : Tak, nastąpiła omyłka. Zamawiający poprawia ją zgodnie z modyfikacją pkt 10.

74. Czy Zamawiający może doprecyzować co ma na myśli poprzez format faktury elektronicznej KT0KT1 (§ 1 ust. 5)? Jeżeli nie jest to pomyłka prosimy o załączenie schematu ww. faktury.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią nr 36.

75. Czy Zamawiający dopuści faktury w wersji elektronicznej w formacie KT0?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

76. **Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:**

a) lit a z 1% wartości zamówionego towaru na 0,5% wartości niedostarczonego towaru,

b) lit b zmiana na: „Z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości pakietu"?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy stwierdzić, że kwotowe naliczanie kar umownych może doprowadzić do sytuacji, iż kara umowna może przekroczyć wartość zamówienia częściowego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353[1]k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy". Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych, są one zabezpieczeniem dla Zamawiającego, że Wykonawca będzie dotrzymywał terminów i warunków dostawy.

77. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit b, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do wzoru umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje zapis wzo-

ru umowy w §6 ust. 1 lit b) w załączniku 7 i 7.1. Do istniejącego zapisu dodaje się: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami". **Zapis §6 ust. 1 lit b) przyjmuje treść: „z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 50% wartości Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami."**

78. Pakiet nr 79

POZ. I 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 4,0 mm L - 175 mm.

79. Pakiet nr 79

POZ. I 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 5,0 mm L - 175 mm.

80. Pakiet nr 79

POZ. I 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręty Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Schanza fi 6,0 mm L - 225 mm.

81. Pakiet nr 79

POZ. III 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do wiązania odłamów L - 5 m fi 1,25 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Druty do wiązania odłamów L - 5 m fi 1,25 mm.

82. Pakiet nr 79

POZ. IV 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 150

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Steinmanna fi 5 L – 150.

83. Pakiet nr 79

POZ. IV 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 175

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Steinmanna fi 5 L – 175.

84. Pakiet nr 79

POZ. IV 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Steinmanna fi 5 L - 225

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Grotowkrętów Steinmanna fi 5 L – 225.

85. Pakiet nr 85

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek w opakowaniu 10 ml i 20 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego substytutu kości.

86. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 83 - System do rekonstrukcji ACL i kotwiczki do barku:

punkt 1: Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm,z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej.

System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.?

Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe Śruby wykonane z kwasu mlekowego 77% (96L/4D PLA) z dodatkiem micro beta trójfosforanu wapnia 23% o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę.

Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm(długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zawieszki udowej do rekonstrukcji ACL opisanej powyżej.

87. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 83 - System do rekonstrukcji ACL i kotwiczki do barku:

punkt 2: Kotwica o rozmiarze 5,5mm długoś 17mm zaopatrzona w 2 lub 3 supermocne nici niewchłanialne plecione wykonane z polietylenu w dwóch lub trzech kolorach (niebieska, biała w niebieskie paski i/lub biała w czarne paski) rozmiar #2. Nici z igłami poprowadzone wewnątrz śruby oraz podajnika zabezpieczone przed skręcaniem się podczas zakładania. Gwint ułatwiający zakładanie kotwicy, przy zachowaniu minimalnego wpływu na tkankę kostną. Śruby wykonane z kwasu mlekowego 77% (96L/4D PLA) z dodatkiem micro beta trójfosforanu wapnia 23% o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwicy do barku o wyżej opisanych parametrach.

88. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 83 - System do rekonstrukcji ACL i kotwiczki do barku:

punkt 3: Kotwica o rozmiarze 6,5mm długoś 17mm zaopatrzona w 2 lub 3 supermocne nici niewchłanialne plecione wykonane z polietylenu w dwóch lub trzech kolorach (niebieska, biała w niebieskie paski i/lub biała w czarne paski) rozmiar #2. Nici z igłami poprowadzone wewnątrz śruby oraz podajnika zabezpieczone przed skręcaniem się podczas zakładania. Gwint ułatwiający zakładanie kotwicy, przy zachowaniu minimalnego wpływu na tkankę kostną. Śruby wykonane z kwasu mlekowego 77% (96L/4D PLA) z dodatkiem micro beta trójfosforanu wapnia 23% o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwicy do barku o wyżej opisanych parametrach.

89. **Pakiet nr 34**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe.

90. **Pakiet nr 34, grupa A**

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane miszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni (ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych nici syntetycznych.

91. **Pakiet nr 34, grupa B**

Czy Zamawiający dopuści monofilament wchanialny o okresie podtrzymywania tkankowego po 6 tygodniach ok. 55-60%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego monofilamentu wchłanialnego.

92. **Pakiet nr 34, grupa C**

Czy Zamawiający dopuści monofilament wchanialny, wytwarzany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, okres podtrzymywania tkankowego 28 dni, po 7 dniach ok. 70%, całkowity czas wchłonięcia 90-120 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego monofilamentu wchłanialnego.

93. **Pakiet nr 35**

Proszę o doprecyzowanie jakich dokładnie Zamawiający wymaga igieł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga jak w opisie, igła ethallox, 12mm, okrągła 3/8 koła.

94. **Pakiet nr 37, poz. 1a, 1b, 1e**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szew polipropylenowy, monofilamentowy lub z polifluorku winulidenu z igłą ½ koło podanej wyżej długości.

95. **Pakiet nr 37, poz. 1a, 1b**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści

96. **Pakiet nr 37, poz. 1a, 1b**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 24 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szew polipropylenowy, monofilamentowy lub z polifluorku winulidenu z igłą ½ koła o podanej wyżej długości.

97. **Pakiet nr 37, poz. 1g**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szew polipropylenowy, monofilamentowy lub z polifluorku winulidenu z igłą ½ koła o podanej wyżej długości.

98. **Pakiet nr 37, poz. 1i**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szew polipropylenowy, monofilamentowy lub z polifluorku winulidenu z igłą ½ koła o podanej wyżej długości.

99. **Pakiet nr 39**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne, plecione, o wytrzymałości węzła po 8-11 dniach ok. 50% od wszczepienia i całkowitym wchłonięciu ok. 42 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów chirurgicznych opisanych powyżej.

100. **Pakiet 9 poz.1-24**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie oczekiwał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj. kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej.

101. **Pakiet 9 poz.1-6**

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie oczekiwał rękawic o poziomie protein poniżej 10 µg/g oraz sile zrywu przed starzeniem min. 15 N.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie oczekiwał rękawic o poziomie protein poniżej 10 µg/g oraz sile zrywu przed starzeniem min. 15 N.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 w Pakiecie nr 9 poz. 1-6 o powyższy opis.

102. **Pakiet 9 poz.13-18**

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie oczekiwał rękawic o poziomie protein poniżej 40 µg/g oraz sile zrywu przed starzeniem min. 15 N.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie oczekiwał rękawic o poziomie protein poniżej 40 µg/g oraz sile zrywu przed starzeniem min. 15 N.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 w Pakiecie nr 9 poz. 13-18 o powyższy opis.

103. **Pakiet 9 poz.19-24**

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie oczekiwał rękawic z mankietem rolowany z opaską samoprzylepną, w kolorze brązowym- eliminacja odblasku i refleksu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje rękawic z mankietem rolowany z opaską samoprzylepną, w kolorze brązowym- eliminacja odblasku i refleksu.

104. **Pakiet 9 poz.7-12**

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie oczekiwał rękawic w kolorze zielonym, antyrefleksyjnym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie oczekiwał rękawic w kolorze zielonym, antyrefleksyjnym.

105. **Pakiet 60 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie oczekiwał rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 9 N, grubości na palcu 0,12 mm, przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony, obustronnie polimeryzowanych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 9 N, grubości na palcu 0,12 mm, przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony, obustronnie polimeryzowanych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 w Pakiecie nr 60 poz. 1 o powyższy opis.

106. **Pakiet 60 poz.1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie oczekiwał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj. w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej.

107. **Pakiet 60 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie oczekiwał rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 4 N, grubości na palcu 0,10 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 4 N, grubości na palcu 0,10 mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku 2 w Pakiecie nr 60 poz. 2 o powyższy opis.

108. **_Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości **0,5%** od wartości **brutto** zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenia go w terminie, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,** przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości **1.000 zł** (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości brutto **niezrealizowanej** części Pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

109. Dotyczy Pakiet 63.

Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki? Dodatkowo próżnociąg posiada wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próżnociągu o wyżej opisanych parametrach.

110. **dotyczy rozdziału XVII pkt. 1, formularz oferty punkt IV**

Zwracamy się z prośbą o dodanie pakietu 88 do wymagań podpunktu b) tym samym jego modyfikację w sposób następujący:

„b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83, 88)"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

111. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PAKIET NR 89 – APARAT EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z próbkowaniem na poziomie 16 000 Hz na kanał zamiast wymaganego 1 000 Hz? Oferowane próbkowanie zapewni dużo dokładniejsze i precyzyjne odwzorowanie sygnału EKG ułatwiając tym samym personelowi medycznemu postawienie właściwej diagnozy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat EKG z próbkowaniem na poziomie 16 000 Hz.

112. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PAKIET NR 89 – APARAT EKG

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat EKG wyposażony był w kolorowy, dotykowy ekran 7 cali? Ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

113. **ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY DOSTAWY**

dotyczy § 6 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie go w terminie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy (Pakietu)"

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

114. **ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY DOSTAWY**

dotyczy § 6 ust. 5

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany ***uszkodzonego elementu/podzespołu*** *na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii* ***tego elementu/podzespołu****. (...)"*

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu wzoru umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje zapis w §6 ust 5 dodając treść ... trzech awarii tego samego elementu/podzespołu... W związku z doprecyzowaniem §6 ust 5 załącznika nr 7.2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii **tego samego elementu/podzespołu**, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych

z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego."

115. <u>ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY DOSTAWY</u>

dotyczy § 7 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy".

<u>Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu wzoru umowy.</u>

116. **Pakiet 19 poz.1-3, 20**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty.

<u>Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela poz. 1-3 i 20 do Pakietu nr 19A.</u>

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 1-3 i 20 do Pakietu nr 19A.
W związku z wydzieleniem warunki określone SIWZ otrzymują następującą treść:
1) SIWZ część II pkt 3: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **<u>95 Pakiety</u>**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.
2) SIWZ część III pkt 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 95 Pakietach:
dodaje się Pakiet nr 19A: Materiały opatrunkowe – rękawy, opaski (pozostała treść bez zmian)
3) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit a):
- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 19A: 680,00 zł
- poprawia się warunek dla Pakietu nr 19: 13 000,00 zł (pozostała treść bez zmian)

4) SIWZ część V pkt 3 ppkt 2) lit b):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 19A: 1 700,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 19: 32 700,00 zł (pozostała treść bez zmian)

5) SIWZ część V pkt 3 ppkt 3) lit a):

- dodaje się minimalny warunek dla Pakietu nr 19A: 1 700,00 zł

- poprawia się warunek dla Pakietu nr 19:1 700,00 zł (pozostała treść bez zmian)

6) SIWZ część IX pkt 4 dodaje się kwotę wadium dla Pakietu nr 19A: 35,00 zł oraz poprawia się wadium dla Pakietu nr 19: 650,00 zł (pozostała treść bez zmian)

117. **Pakiet 19 poz.6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczanie gazy opatrunkowej 90cmx100 m, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy opatrunkowej 90cmx100 m, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

118. **Pakiet 19 poz.21-22**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczanie opasek gipsowych o czasie wiązania od 4-6 minut. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania od 4-6 minut.

119. **Pakiet 60 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy podając 8 000 op. miał na myśli opakowania a 200 sztuk czy też a 100 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 61.

Pytania dot. projektu umowy:

120. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy (załącznik nr 7) poprzez wydłużenie w § 3 ust. 3 terminu na wymianę przedmiotu umowy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu wzoru umowy.

121. Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 projektu umowy (załącznik nr 7).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §5 ze wzoru umowy.

122. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy (załącznik nr 7) dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 lit. a).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację i zmniejszenie kar umownych.

123. Prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy (załącznik nr 7) w następujący sposób: „z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Pakietu."

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

124. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 2 pkt 6) o następującej treści: „zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu do wzoru umowy.

125. Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG ze wzmocnieniem 2,5;5;10 i 20 mm/MV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG ze wzmocnieniem 2,5;5;10 i 20 mm/MV.

126. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 1 igły typu Pencil Point o atraumatycznym szlifie w rozmiarze 26G x 4 ¾' (12cm) z kompatybilną prowadnicą w rozmiarze 20G x 38 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o atraumatycznym szlifie w rozmiarze 26G x 4 ¾' (12cm) z kompatybilną prowadnicą w rozmiarze 20G x 38 mm.

127. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w pakiecie 6 poz. 4-6 Zamawiający wymaga aby igły P-P były pakowane razem z kompatybilnymi prowadnicami w jednym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby igły były pakowane razem z kompatybilnymi prowadnicami w jednym sterylnym opakowaniu.

128. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 7 igły do nakłuć mostka w rozmiarze 16G z regulacja długości do max 68mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły do nakłuć mostka w rozmiarze 16G z regulacja długości do max 68mm.

129. Doprecyzowanie spełniania warunku dotyczącego wymaganych dokumentów.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje wymagany dokument w części V pkt 5 lit b) **Inne wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego** w sposób następujący:

b) opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. **W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 2 lub 3 parametry.**

ZMIANY ZAPISÓW UMOWY

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji przedstawionych w załączniku .do SIWZ projektów umów – załącznik nr 7, 7.1, 7.2 do SIWZ. Na podstawie udzielonych odpowiedzi na zapytania Zamawiający dokonuje modyfikacji w następujących paragrafach:

1. załącznik nr 7 §1 ust. 4 poprawia się omyłkę pisarską Pakiet nr 82 na **Pakiet nr 81**

„**Pakiet nr 81** Implanty ortopedyczne: Zamawiający wymaga od Wykonawcy użyczenia bez odrębnego wynagrodzenia na czas realizacji umowy, napędu wiertarkowego z akcesoriami niezbędnymi do wykonania procedur z użyciem implantów oraz pakietu startowego zamawianych implantów, którego skład i ilość zostanie ustalona pomiędzy stronami po podpisaniu umowy. Implanty zgromadzone w pakiecie startowym są własnością Wykonawcy do momentu pobrania ich do procesu leczniczego (zużycia) przez Zamawiającego. Pakiet startowy będzie sukcesywnie uzupełniany o zużyte implanty na podstawie protokołu zużycia, który jest jednocześnie zamówieniem. Protokół zużycia jest jednocześnie podstawą do wystawienia faktury (dot. wyrobów oddanych do depozytu).*"

2. załącznik nr 7 §1 ust. 5 i załącznik nr 7.1 §1 ust. 7 modyfikuje się zapis na następujący:

„**Dotyczy Pakietów nr 1 – 50; 80 – 83 i 85: Wykonawca do jednego zamówienia wystawia tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru. Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu wersji elektronicznej**

zamówionego asortymentu w formacie KT0 lub KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która pozwala skopiować asortyment bezpośrednio z poczty elektronicznej, Wykonawca prześle do Zamawiającego również taką wersję faktury. Jeżeli Wykonawca nie posiada opisanej wersji elektronicznej Zamawiający wymaga złożenia faktury w wersji papierowej, a także jeśli to możliwe w wersji Exel lub Word."

3. załącznik nr 7 §3 ust. 2 lit. b) i c) modyfikuje się zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią oraz poprawia się omyłkę pisarską:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie:
(...)
b) Pakiety nr 73, 74, 75, 77, 82, 83: ..... dni od złożenia zamówienia (21 – 42 dni);

c) Pakietu nr 81:.....h od złożenia zamówienia (24 – 72h);
(...)

4. załącznik nr 7, 7.1 i 7.2 §5 modyfikuje się zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią:

„Sprzedaż wierzytelności przez Wykonawcę osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jest nie dopuszczalna. **Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."**

5. załącznik nr 7. 7.1 §6 ust. 1 lit. b) modyfikuje się zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią:

„b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 50% wartości Pakietu. **Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami."**

Zmodyfikowane umowy w załączniku do niniejszego pisma.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

III. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

1. **<u>Część II pkt 3 w SIWZ było:</u>**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **93 Pakiety**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **95 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2. **Część III pkt 1 w SIWZ było:**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 93 Pakietach:
(...)

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych opisanych w poniższych 95 Pakietach:
(...)
Pakiet nr 20A: Materiały opatrunkowe – stabilizator do rurek intubacyjnych, plaster do cewników
Pakiet nr 19A: Materiały opatrunkowe – rękawy, opaski

3. **Część III pkt 7 w SIWZ było:**

a) **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do jednego zamówienia wystawiał tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru.** Do każdej faktury Zamawiający wymaga wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio z poczty elektronicznej - **dotyczy Pakietów nr: 1 – 50 i 80 – 83 oraz 85 – 86.**

Powinno być:

a) **Wykonawca do jednego zamówienia wystawia tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru. Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0 lub KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która pozwala skopiować asortyment bezpośrednio z poczty elektronicznej, Wykonawca prześle do Zamawiającego również taką wersję faktury. Jeżeli Wykonawca nie posiada opisanej wersji elektronicznej Zamawiający wymaga złożenia faktury w wersji papierowej, a także jeśli to możliwe w wersji Exel lub Word - dotyczy Pakietów nr: 1 – 50; 80 – 83 i 85 – 86.**

4. **Część IV pkt 2 lit. b) w SIWZ było:**

(...) 2. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 75, 77, 82, 83);

Powinno być:

(...) 2. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie:

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83);

5. **Część V pkt 3 ppkt 2 w SIWZ dodaje się i poprawia minimalne warunki dla wydzielonych Pakietów:**

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:

Pakiet nr 19: 13 000,00 zł

Pakiet nr 20A: 40,00 zł

Pakiet nr 19A: 680,00 zł

pozostałe bez zmian.

b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:

Pakiet nr 19: 32 700,00 zł

Pakiet nr 20A: 90,00 zł

Pakiet nr 19A: 1 700,00 zł

pozostałe bez zmian.

6. **Część V pkt 3 ppkt 3 w SIWZ dodaje się i poprawia minimalne warunki dla wydzielonych Pakietów:**

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (jest w trakcie realizacji), co najmniej 2 dostaw oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. Referencje, opinie itp).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

Pakiet nr 19: 32 700,00 zł

Pakiet nr 20A: 90,00 zł

Pakiet nr 19A: 1 700,00 zł

pozostałe bez zmian.

7. **Część V pkt 5 SIWZ doprecyzowuje się wymagany dokument w ppkt b) i dodaje się nowy ppkt f); było:**

Inne wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

(...)

b) opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Powinno być:

Inne wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

(...)

b) opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. **W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 2 lub 3 parametry.**

(...)

f) **Oświadczenie producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli – dotyczy Pakietu nr 93.**

niewymienione ppkt pozostają bez zmian.

8. **Część IX pkt 1 w SIWZ było:**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **05.02.2018r. do godz. 09:50.**

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **16.02.2018r. do godz. 09:50.**

9. **Część IX pkt 4 w SIWZ było:**

(...)

Pakiet nr 19: 680,00 zł

pozostałe bez zmian.

Powinno być:

(...)

Pakiet nr 19: 650,00 zł

Pakiet nr 20A: 2,00 zł

Pakiet nr 19A: 35,00 zł

pozostałe bez zmian.

10. **Część IX pkt 4 lit a) w SIWZ było:**

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/13/17 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) **– nie otwierać do dnia 05.02.2018r. do godz. 11.00**

Powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/13/17 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, endoprotez, implantów, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych oraz urządzeń medycznych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) **– nie otwierać do dnia 16.02.2018r. do godz. 11.00**

11. **Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 w SIWZ było:**

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 05.02.2018r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 16.02.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

12. **Część XII pkt 4 w SIWZ było:**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 05.02.2018r. o godz. 11:00.

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 16.02.2018r. o godz. 11:00.**

13. **Część XVII pkt 1 w SIWZ było:**

(...) Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy/ czas gwarancji", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt;

1) gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) 5 - 7 dni od złożenia zamówienia;

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 75, 77, 82, 83);

c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81);

d) 24 – 48h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 86).

Powinno być:

(...) Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy/ czas gwarancji", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt;

1) gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) 5 - 7 dni od złożenia zamówienia;

b) 21 – 42 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83);

c) 24 – 72h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 81);

d) 24 – 48h od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 86).

ZMIANY ZAPISÓW W FORMULARZU OFERTY

IV. **W formularzu oferty było:**

IV. **Oświadczamy, że** dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 5 do 7 dni);

b) dotyczy Pakietów 73, 75, 77, 82, 83 : ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 21 do 42 dni);

c) dotyczy Pakietu nr 81: .....h od złożenia zamówienia (należy wybrać od 24 do 72h);

d) dotyczy Pakietu nr 86: .....h od złożenia zamówienia (); (należy wybrać od 24 do 48h);

Powinno być:

IV. Oświadczamy, że dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 5 do 7 dni);

b) dotyczy Pakietów 73, 74, 75, 77, 82, 83 : ..... dni od złożenia zamówienia (należy wybrać od 21 do 42 dni);

c) dotyczy Pakietu nr 81: .....h od złożenia zamówienia (należy wybrać od 24 do 72h);

d) dotyczy Pakietu nr 86: .....h od złożenia zamówienia (); (należy wybrać od 24 do 48h);

ZMIANY ZAPISÓW W FORMULARZU CENOWYM

V. Dokonano modyfikacji w następujących Pakietach: 9, 19, 20, 53, 54, 58, 60, 70, 74, 93.

VI. W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Formularz cenowy – zmiany w Pakietach 9, 19, 20, 53, 54, 58, 60, 70, 74, 93
3. Wzory umowy – zał. 7, 7.1, 7.2

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Marta Sak