Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

Oborniki, dnia 18.05.2022r

L. Dz. ZPDK/04/22/150

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/22

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **dostawę drobnego sprzętu medycznego na doposażenie bloku operacyjnego i sali cięć oraz dostawa implantów do osteotomii i siatek do operacji przepukliny pępkowej, aparatu KTG, komory laminarnej do receptury aptecznej i sprzętu jednorazowego użytku,** opublikowanego w dniu 10.05.2022r. w BZP pod nr 2022/BZP 00150747/01.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone pytania:

20. Dotyczy SWZ – pkt V pkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 60 dni dla Paietu nr 9 od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu płatności do 60 dni w przypadku Pakietu nr 9.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach modyfikuje zapis w zakresie Pakietu nr 9 w następujących załącznikach:

1. w SWZ część V pkt 2

- w SWZ jest: Termin płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie 30 dni (dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) /45 dni (dotyczy Pakietów nr 5, 9-26) od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

- w SWZ powinno być: Termin płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie 30 dni (dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) *45 dni* (dotyczy Pakietów nr 5, **10-26)/ 60 dni (dotyczy Pakietu nr 9)** od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

2. Załącznik nr 1 do SWZ pkt V – formularz oferty

- w FO jest: Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie **30 dni***(dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) **/45 dni*** (dotyczy Pakietów nr 5, 9-26) od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

- w FO powinno być: Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie **30 dni***(dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) **/45 dni*** (dotyczy Pakietów nr 5, 10-26) **/ 60 dni* (dotyczy Pakietu nr 9) od** daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

3. Załącznik nr 3 §3 ust 2 – projekt umowy dostawy

w projekcie jest: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 30 dni*/45 dni* od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- **powinno być:** Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu **30 dni*/45 dni*/60 dni*** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

21. Dotyczy wzoru umowy §6 pkt d):

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar : w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1 000,00 zl za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy Pakietów o wartosci powyzej 4 000 zl) w pozostalych przypadkach odpowiednio 30% wartości

Pakietu. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego bedzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień projektu umowy.

Pakiet nr 7: Komora laminarna do receptury aptecznej

22. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z oknem frontowym pochylonym pod kątem 7°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza komorę z oknem frontowym pochylonym pod kątem 7°.

23. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę wyposażoną w świetlówkę UV zamocowaną na stałe, umieszczoną na środku tylnej części obszaru roboczego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory ze świetlówką na środku tylnej części obszaru roboczego.

24. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wymiary zewnętrzne komory 1350 x 855 x 1545 mm(szer. x głęb. x wys.) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory o podanych parametrach.

25. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wymiary wewnętrzne komory 1192 x 580 x 740 mm(szer. x głęb. x wys.)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory o podanych parametrach.

26. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z jednym wentylatorem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory z jednym wentylatorem.

27. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z poziomem ciśnienia akustycznego wynoszącym 54dB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory z podanym poziomem ciśnienia akustycznego.

28. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z intensywnością oświetlenia >1200 lux?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory z podaną intensywnością oświetlenia.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. SWZ w ramach Pakietu nr 9
2. Załącznik nr 1 do SWZ w ramach Pakietu nr 9
3. Załącznik nr 3 do SWZ w ramach Pakietu nr 9

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak