Fundusze Europejskie Program Regionalny
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/ 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/05/18/ 165

Oborniki, dnia 17.05.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/05/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach – zadanie I pt. „zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego"**, ogłoszonego w dniu 17.04.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pakiet nr 1 – Łóżka pielęgnacyjne z barierkami

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na pantografie podpierającej leże w 6 punktach, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej opisanej konstrukcji.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem między ramą łóżka a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami 120 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o wyżej wymienionych parametrach.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 850 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o szerokości 850 mm.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 1950 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o szerokości 1950 mm.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą szczelności podzespołów elektrycznych IP54?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z klasą szczelności podzespołów elektrycznych IP54.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0 - 34°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją segmentu uda 0 - 34°.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-16°.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 365 do 815 mm przy kołach 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie od 365 do 815 mm przy kołach 125 mm.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm przy kołach 150 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm przy kołach 150 mm.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterującym niewyposażonym w przycisk umożliwiający zaprogramowania dowolnej pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z panelem sterującym niewyposażonym w przycisk umożliwiający zaprogramowania dowolnej pozycji.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej wymienionych parametrach.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka o wyżej opisanych parametrach.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca? W oferowanym łóżku uchwyty materaca nie wystają powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażają powstawaniu urazów kończyn.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w koła o średnicy 125 mm.

Pakiet nr 2 – Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.

18. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 800 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o szerokości całkowitej 800 mm.

19. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2210 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o długości całkowitej 2210 mm.

20. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o wymiarach 1990 x 650 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka z leżem o wymiarach 1990 x 650 mm.

21. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie id 600 do 930 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją wysokości leża w zakresie id 600 do 930 mm .

22. Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwigniami regulacji przechyłów wzdłużnych regulowanymi nożnie, dostępnymi z boku wózka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózeka z dźwigniami regulacji przechyłów wzdłużnych regulowanymi nożnie, dostępnymi z boku wózka.

23. Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w nierdzewnej szyny umieszczone na szczytach wózka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka niewyposażonego w nierdzewne szyny umieszczone na szczytach wózka.

24. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0 - 75°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0 - 75°.

25. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia uda w zakresie 0 - 27°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka z regulacją oparcia uda w zakresie 0 – 27°.

26. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 jednoosiowe krążki odbojowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w 4 jednoosiowe krążki odbojowe.

27. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne o wysokości 300mm, składające się 5 pionowych profili i 1 poziomej poprzeczki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o wyżej opisanych parametrach.

28. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwę odbojową umiejscowioną wzdłuż całego leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w listwę odbojową umiejscowioną wzdłuż całego leża.

29. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony tworzywowe przykrycie podwozia niedemontowalne bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka wyposażonego w tworzywowe przykrycie podwozia niedemontowalne bez użycia narzędzi,

dot. Pakiet nr 1

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o szerokości 900mm.

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą szczelności podzespołów elektrycznych IPx4?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z klasą szczelności podzespołów elektrycznych IPx4.

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°.

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do 15°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do 15°.

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm.

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko z najczęściej stosowanymi pozycjami zaprogramowanymi w jednym przycisku np. antyszokowa, krzesło kardiologiczne bez konieczności stosowania dodatkowego przycisku umożliwiającego zaprogramowanie dowolnej pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej opisanych parametrach.

36. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm.

37. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o grubości min 20mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej opisanych parametrach.

38. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo, składane wzdłuż ramy leża oraz otwierane, zabezpieczające pacjenta na całej długości, dzielone, wyposażone w tworzywową listwę, niezintegrowane z szczytem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o wyżej opisanych parametrach.

39. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami jednoosiowymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z 4 krążkami jednoosiowymi.

40. Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami stabilizującymi materac, wykonanymi z metalu, lakierowanymi w kolorze konstrukcji łóżka, zlokalizowanymi w taki sposób aby uniemożliwiały powstanie urazów kończyn?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z uchwytami stabilizującymi materac, wykonanymi z metalu, lakierowanymi w kolorze konstrukcji łóżka, zlokalizowanymi w taki sposób aby uniemożliwiały powstanie urazów kończyn.

41. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm, blokowane za pomocą dźwigni wykonanych z tworzywa z kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej lub jazdy kierunkowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm, blokowane za pomocą dźwigni wykonanych z tworzywa z kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej lub jazdy kierunkowej.

42. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym RAL 9002?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z ramą w kolorze białym RAL 9002.

Pakiet nr 9 – pompy infuzyjne

43. ad. 4 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 11 godzin przy przepływie 5 ml/h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pompę z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 11 godzin przy przepływie 5 ml/h.

44. ad 9. Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającej system programowania dawki z możliwością ustawienia: Objętość/czas i Dawki/czas, parametr prędkości infuzji zostaje obliczony automatycznie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy strzykawkowej o wyżej opisanych parametrach.

45. ad. 26 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającą blokadę klawiatury z użyciem 4-cyfrowego kodu, oraz z zabezpieczeniem zmiany jej konfiguracji pompy również przy pomocy 4-cyfrowego kodu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową posiadającą blokadę klawiatury z użyciem 4-cyfrowego kodu, oraz z zabezpieczeniem zmiany jej konfiguracji pompy również przy pomocy 4-cyfrowego kodu.

46. ad 29. Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkowa posiadającą akustyczno-optyczny system alarmów, z regulowanym natężeniem (7 poziomów), oraz trybem nocnym (automatycznym lub manualnym - przygaszenie ekranu, obniżenie natężenia dzwieku alarmów oraz dzwięku przycisków)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkowa posiadającą akustyczno-optyczny system alarmów, z regulowanym natężeniem (7 poziomów), oraz trybem nocnym (automatycznym lub manualnym - przygaszenie ekranu, obniżenie natężenia dzwieku alarmów oraz dzwięku przycisków).

47. Warunki gwarancji i serwisu.

ad2. Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkowa w której producent wymaga przeglądu gwarancyjnego 1 raz na 36 m-cy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pompę w której producent wymaga przeglądu gwarancyjnego 1 raz na 36 m-cy.

Pakiet nr 1

48. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 8 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

49. Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą szczelności spełniające oczekiwania Zamawiającego oznaczoną IPX6?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z klasą szczelności spełniające oczekiwania Zamawiającego oznaczoną IPX6.

Pakiet nr 2

50. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2185 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 0,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2185 mm.

51. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 46-80 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 46-80 cm.

52. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 8 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1: Łóżka elektryczne pielęgnacyjne z barierkami – 20 szt

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm.

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wymiar leża 2000 x 850 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadające wymiar leża 2000 x 850 mm.

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka nie posiadające gniazdo wyrównania potencjału?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka bez gniazda wyrównania potencjału.

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z regulacją wysokości w zakresie 350-810 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją wysokości w zakresie 350-810 mm.

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające panel z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez pokrywę zabezpieczającą oraz pokrętła świadomego użycia blokujące poszczególne funkcje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżek posiadających panel z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez pokrywę zabezpieczającą oraz pokrętła świadomego użycia blokujące poszczególne funkcje.

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka nie posiadający dodatkowego przycisku umożliwiającego dowolne zaprogramowanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka nie posiadające dodatkowego przycisku umożliwiającego dowolne zaprogramowanie.

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka nie posiadający optycznego wskaźnika naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka nie posiadające optycznego wskaźnika naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające leże wypełnione płytami HPL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadające leże wypełnione płytami HPL.

61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wypełnienie leża mocowane na stałe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadające wypełnienie leża mocowane na stałe.

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wypełnienie szczytów płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadające wypełnienie szczytów płytą HPL o grubości 6 mm.

63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez możliwości wykorzystania płyty wypełnienia szczytu jako deski reanimacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez możliwości wykorzystania płyty wypełnienia szczytu jako deski reanimacyjnej.

64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża nawet w przypadku wydłużenia leża, lecz posiadające niewielką przestron pomiędzy szczytem a barierką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżek o opisanych parametrach.

65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża zabezpieczającymi pacjenta na ¾ długości leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie opisanego łóżka.

66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi lakierowanymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi lakierowanymi.

67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające tworzywowych listew na barierkach gdyż najbardziej skaranymi elementami chroniącymi łóżko są krążki odbojowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie opisanego łóżka.

68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z możliwością zamontowania uchwytów na kaczkę czy basen w dowolnym miejscu pod ramą leża lecz bez możliwości płynnej regulacji ustawienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka z możliwością zamontowania uchwytów na kaczkę czy basen w dowolnym miejscu pod ramą leża lecz bez możliwości płynnej regulacji ustawienia.

69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka wyposażone w krążki odbojowe jednoosiowe.

70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstaniu urazów kończyn?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstaniu urazów kończyn.

71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone wkoło o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka wyposażone wkoło o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w centralną blokadę kół z dźwigniami hamulca umieszczonymi przy każdym kole?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka wyposażone w centralną blokadę kół z dźwigniami hamulca umieszczonymi przy każdym kole.

73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w centralną blokadę kół z dźwigniami hamulca wykonanymi z tworzywa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka wyposażone w centralną blokadę kół z dźwigniami hamulca wykonanymi z tworzywa.

74. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z dopuszczalnym obciążeniem do 230 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka z obciążeniem do 230 kg.

75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w materac, który posiada dokument potwierdzający nieprzepuszczalność drobnoustrojów wydany przez laboratorium badawcze?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka wyposażone w materac, który posiada dokument potwierdzający nieprzepuszczalność drobnoustrojów wydany przez laboratorium badawcze.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

III. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

1. **Część X pkt 1 SIWZ jest:**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **23.05.2018r. do godz. 09:50.**

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **04.06.2018r. do godz. 09:50.**

2. **Część XII pkt 6 lit a) SIWZ jest:**

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa
ZPD/05/18 – Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) **– nie otwierać do dnia 22.05.2018r. do godz. 11.00**

Powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa
ZPD/05/18 – Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) **– nie otwierać do dnia 04.06.2018r. do godz. 11.00**

3. **Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XIII pkt 1 SIWZ jest:**

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć do dnia 23.05.2018r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XII SIWZ należy złożyć **do dnia 04.06.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

4. **Część XIII pkt 4 SIWZ jest:**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 23.05.2018r. o godz. 11:00.

Powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 04.06.2018r. o godz. 11:00.**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2.1 do SIWZ
2. Załącznik nr 2.2 do SIWZ
3. Załącznik nr 2.9 do SIWZ

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA UKAŻE SIĘ W DNIU 18.05.2018R.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak