Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

Oborniki, dnia 16.05.2022r

L. Dz. ZPDK/04/22/149

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/22

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **dostawę drobnego sprzętu medycznego na doposażenie bloku operacyjnego i sali cięć oraz dostawa implantów do osteotomii i siatek do operacji przepukliny pępkowej, aparatu KTG, komory laminarnej do receptury aptecznej i sprzętu jednorazowego użytku,** opublikowanego w dniu 10.05.2022r. w BZP pod nr 2022/BZP 00150747/01.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone pytania:

1. Dotyczy Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki? Dodatkowo próżnociąg posiada wskaźnik siły trakcji, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm.
Powyższe parametry oferowane miejsce parametrów określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próżnociągu o wyżej opisanych parametrach.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości **0,5%** od wartości **brutto** zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia cząstkowego**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 - w wysokości **0,5%** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od wartości reklamowanego towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**

c) w przypadku nabycia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy u podmiotu trzeciego na zasadach określonych w § 4 ust. 4 - w wysokości **1%** wartości brutto danego zamówienia cząstkowego;

d) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **1 000,00 zł** za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości **brutto niezrealizowanego** Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień projektu umowy.

3. dot pakietu 23

Czy Zamawiający dopuści narzędzia manualne oraz nożyczki artroskopowe 3,4mm, długość 120 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie narzędzi i nożyczek o wyżej podanych parametrach.

4. *Pakiet 5 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia* instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu wraz z implantami bezpośrednio na zabieg po złożeniu zamówienia w formule tzw. „lotnej"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu wraz z implantami bezpośrednio na zabieg po złożeniu zamówienia w formule tzw. „lotnej". Opis zostaje dodany do formularza asortymentowo – cenowego pod Pakietem nr 5.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach modyfikuje dodaje w załączniku nr 2 do SWZ pod tabelą określającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i w załączniku nr 3 paragraf 1 dodaje się ust. 6, warunek o następującej treści: **„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium koniecznego do przeprowadzenia zabiegu wraz z implantami bezpośrednio na zabieg po złożeniu zamówienia w formule tzw. „lotnej".**

5. Rozdział VII, ust. 1, pkt. 8) - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z wymogiem przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą stosuje art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający, że stosuje art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp w związku z wymogiem przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

6. **Rozdział IV, ust. 2, pkt. a)** – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 72h do 96h od przesłania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 96h od przesłania zamówienia.


Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach modyfikuje zapisy SWZ w części IV pkt 2 lit a) i w załączniku nr 3 paragraf 2 ust. 1 pkt 3) ppkt a), podane pkt otrzymują brzmienie: **„dotyczy Pakietu nr 5: termin dostawy wynosi maksymalnie 96 godziny od przesłania zamówienia"**.

7. **Pytanie do wzoru umowy – załącznik nr 3, § 2** – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dzielenie dostaw. Zakaz dzielenia dostaw w znacznym stopniu utrudnia realizowanie składanych zamówień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Prosimy o dopuszczenie możliwości dzielenia dostaw.

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca ma na myśli sukcesywne dostawy to Zamawiający stosuje taką praktykę w przypadku asortymentu kupowanego na podstawie umowy obowiązującej przez 12 miesięcy. Dla doprecyzowania Zamawiający dodaje w SWZ w części III pkt 14 i w załączniku nr 3 dodaje się ust. 4 o treści: „dotyczy Pakietów nr 5, 9-26: Dostawy będą się odbywać sukcesywnie na podstawie złożonego zamówienia."

Pakiet nr 1: Stolik Mayo i taboret hydrauliczny

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z podstawą trójramienną, z pięcioma kółkami fi 50 mm. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretu z podstawą trójramienną.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pakietu nr 1 w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższą odpowiedzią na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach modyfikuje zapisy SWZ część IV pkt 1 lit a) – wykreśla się Pakiet nr 1 i dodaje się lit h) o treści: **„6 tygodnie od dnia zawarcia umowy z wybranym**

Wykonawcą (dotyczy Pakietu nr 1)". W załączniku nr 3, paragraf 2 ust 1 pkt 3 lit a) - wykreśla się Pakiet nr 1 i dodaje się lit. g) o tej samej treści co w SWZ.

10. Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści termoplastyczny dren Redona o następujących parametrach:

• Przeznaczony do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran

• Stosowany w celu odprowadzenie części płynnej z określonej części ciała pacjenta

• Wykonany z poliuretanu

• Naprzemienna perforacja o długości 15cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek

• Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące

• Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu

• Pasek kontrastujący w RTG na całej długości, kolor biały

• Trzystopniowy (co 1cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenie perforacji, umożliwiający dokładna identyfikację położenia drenu

• Długość 800mm

• Wolny od PCV, ftalanów (DEHP) oraz lateksu

• Termoplastyczny

• Sterylny

• Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia

• Rozmiary od 6-18CH?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenu o powyższych parametrach.

11. pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego aparatu.

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanych przyrządów.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem podanym w SWZ.

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

12. pakiet 12, poz. 9
Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia w innym opakowaniu niż wskazane w SWZ, podając przeliczoną wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tak aby zaoferowana ilość odpowiadała tej określonej przez Zamawiającego.

13. Dotyczy wzoru umowy – zał. nr 3 do SWZ (pakiet 15)
1) Czy Zamawiający akceptuje faktury w formie papierowej dostarczone każdorazowo po dostawie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje faktury w formie papierowej dostarczone każdorazowo po dostawie.

2) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej do 0,5% wartości zamówienia cząstkowego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

14. Pytanie do zadania 12
Prosimy o wydzielenie z zadania 12 poz. 25 i 26 i utworzenie odrębnego zadania np. 12a
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

15. Pytanie do zadania 12 poz. 25
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowanie żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem trzykanałowym w rozmiarze 7F o długości 16 i 20 cm (16,18,18Ga) z zastawkami zapobiegającemu wnikaniu powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie z prowadnicą nitinolową ze znacznikami,

odporna na załamania. Igła punkcyjna 18Ga/6,35 oraz strzykawką Raulersona (otworem w tłoku) umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania strzykawki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu o podanych parametrach.

16. Pytanie do zadania 12 poz. 26

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowanie żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem dwukanałowym w rozmiarze 7F o długości 16 i 20 cm (18,14Ga) z zastawkami zapobiegającemu wnikaniu powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie z prowadnicą nitinolową ze znacznikami, odporna na załamania. Igła punkcyjna 18Ga/6,35 oraz strzykawką Raulersona (otworem w tłoku) umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania strzykawki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu o podanych parametrach.

17. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 25, poz. 1 na pomniejszenie ilości zamawianych płynów z 26 do 24 lub powiększenie ilości zamawianych płynów z 26 do 27 ze względu na niepodzielne zabezpieczające opakowania transportowe, w których to opakowaniach umieszczone są 3 kanistry po 2,8L ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości. Informujemy, że podana ilość jest szacunkowa i może nastąpić taka sytuacja, że podana ilość nie będzie wykorzystana. Zamówienia są wysyłane sukcesywnie i zawsze do całych opakowań zbiorczych. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

18. dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy

Czy Zamawiający w §6 ust. 1 pkt. d) wyrazi zgodę na modyfikację zapisów na następujące:

„d) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt d). Druga część dania opisana jest w w paragrafie 6 ust. 3 pkt b).

19. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na państwa stronie internetowej http://www.bip.szpital.oborniki.info/przetargi/7 załączników do SWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia wersji edytowalnej załączników do SWZ na stronie internetowej. Załączniki wysyłamy w odpowiedzi na prośbę przesłaną mailem.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach poprawia i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załącznikach do SWZ w niżej wymienionych punktach:

1. załącznik nr 2.8: Opis parametrów technicznych

a) Zamawiający wykreśla z pkt 50 wymóg zaoferowania statywu jezdnego do aparatu;

b) w pkt 50 tabeli Zamawiający doprecyzowuje, że zaoferowany aparat musi być kompatybilny z Systemem Centralnego Nadzoru okołoporodowego Model: MFM-CNS Sn: 460793-M19B05770002;

c) Zamawiający poprawia w tabeli omyłkę pisarską dotyczącą czasu gwarancji: w tabeli jest min. 36 miesięcy a powinno być min. 24 miesiące.

2. załącznik nr 3: Projekt umowy dostawy

a) paragraf 2 ust 1 pkt 3) lit d) – wykreśla się odniesienie do pakietu nr 8 i dodaje się lit. h) o treści: „do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dotyczy Pakietu nr 8)".

III. Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. <u>Część X SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1</u>

<u>W SWZ jest:</u>

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 16.06.2022r.**

<u>W SWZ powinno być:</u>

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.06.2022r.

2. <u>Część XII SWZ: TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1</u>

W SWZ jest:

1. Termin składania ofert do dnia **18.05.2022r. do godz. 10:00.**

<u>W SWZ powinno być:</u>

1. Termin składania ofert do dnia 20.05.2022r. do godz. 10:00.

3. <u>Część XIII SWZ: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1</u>

<u>W SWZ jest:</u>

1. Otwarcie ofert odbędzie się najpóźniej **w dniu 18.05.2022r. o godzinie 11:00** w siedzibie Zamawiającego.

<u>W SWZ powinno być:</u>

1. Otwarcie ofert odbędzie się najpóźniej w dniu 20.05.2022r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. SWZ
2. Załącznik nr 2.8 do SWZ
3. Załącznik nr 3 do SWZ

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Matia Sak