Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/14/15/140 Oborniki, dnia 02.11.2015r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/14/15

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 Euro **na zakup zestawu sprzętu diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015,** ogłoszonego w dniu 29.10.2015r na naszej stronie internetowej www.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet nr 1 – Elektrokardiograf I

Pkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z zakresem wzmocnień: 2,5; 5; 10; 20; 20/10; 10/5mm/mV? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet nr 1 – Elektrokardiograf I

pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej kasy elektrokardiograf o wadze 5,2 kg? Jest to minimalna i praktycznie nieodczuwalna różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet nr 2 – Elektrokardiograf II

pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 5,7"? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

4. Pakiet nr 2 – Elektrokardiograf II

pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf o wadze 2,3 kg? Jest to minimalna i praktycznie nieodczuwalna różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

5. Pakiet nr 2 – Elektrokardiograf II

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf z próbkowaniem 1600 Hz na kanał?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet nr 4 – zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia pacjenta

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego bez możliwości ręcznego przełączania dzień/noc, ale z możliwością realizacji tej funkcji z poziomu oprogramowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

7. Czy zamawiający dopuści rejestrator z oprogramowaniem do zainstalowania na własnym komputerze ? Nie jest to urządzenie wyposażone w rejestrator a sam rejestrator holterowski.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego rejestratora.

8. Czy zamawiający dopuści rejestrator holterowski bez możliwości ręcznego przełączania dzień/noc, z możliwością wcześniejszego ustawienia 6 podokresów w cyklu dobowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego rejestratora.

9. Pakiet nr 2 – Elektrokardiograf II

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem większym niż 4,5"?

Odpowiedź: Tak.

10. Pakiet nr 2 – Elektrokardiograf II

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z próbkowaniem 1000 Hz na kanał dla EKG oraz 8000 kanał dla oceny stymulacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego aparatu. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

11. Pakiet nr 2 – Elektrokardiograf II

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze do 2,3 kg wraz z bateriami?

Odpowiedź: Tak.

12. Czy Zamawiający dopuszcza aparat EKG z wzmocnieniem: czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV?

Odpowiedź: Tak.

13. Czy Zamawiający dopuszcza aparat EKG z prędkością drukowania: prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s?

Odpowiedź: Tak.

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska