Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/29 73 600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/07/17/175

Oborniki, dnia 12.09.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/07/19

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów higienicznych i staplera liniowego wraz z akcesoriami,** ogłoszonego w dniu 06.08.2019r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 serwety o wymiarach 150x250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o podanych wymiarach.

2. dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 osłony na przewody o wymiarach 15x250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o podanych wymiarach.

3. dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 350 pojedynczych sztuk osłon, czy 350 opakowań zawierających 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 350 opakowań zawierających 2 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu w formularzu cenowym w poz. 3 w kolumnie „j.m."z zamieszczonego „szt" na „opak".

4. dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 4 kieszeni samoprzylepnej jednokomorowej 30x40cm, wyposażonej w 0,5-centymetrową zakładką stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieszeni o wyżej opisanych parametrach.

5. dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 5 taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy o wymiarach 9x50cm.

6. dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji biodra: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 1 x osłona na stolik Mayo 79x175 cm, 1 x serweta operacyjna 100x150 cm, 1 x osłona na kończynę, 2 x taśma samoprzylepna, 1 x serweta operacyjna 230 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem U z dodatkowym wzmocnieniem w sferze krytycznej, 1 x serweta samoprzylepna 50 x 300 cm z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

7. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2,3,4 serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2, spełniających pozostałe wymagania w SIWZ, dostarczanych do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 5 serwety sterylnej przyklejanej na dłuższym boku 75x100cm z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2, dostarczanej do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 6 serwety 180x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ, dostarczanej do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 8 serwety 90x120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 9 serwety 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12. dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych: serweta górna z taśmą samoprzylepną 240 x 150 x 1, serweta boczna z taśmą samoprzylepną 75 x 90 x 2, serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180 x 1, taśma samoprzylepna x 1, osłona na stolik Mayo x 1, serweta na stolik 150x190x1, ręczniki do rąk x2, kieszeń dwukomorowa x 1 – dostarczana oddzielnie

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13. dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych: serweta górna z taśmą samoprzylepną 240 x 150 x 1, serweta boczna z taśmą samoprzylepną 75 x 90 x 2, serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180 x 1, taśma samoprzylepna x 1, osłona na stolik Mayo x 1, serweta na stolik 150x190x1, ręczniki do rąk x2, kieszeń dwukomorowa x 1 – dostarczana oddzielnie

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14. dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 dostarczanej do Państwa placówki, sterylnej serwety do operacji kończyny górnej o wymiarach 230x300cm wyposażonej w otwór o średnicy 3,5cm, posiadającej dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o wyżej opisanych parametrach.

15. dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 1 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

4 ręczniki do rąk

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny wyposażoną w sztywnik bez zaworu drenażowego, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16. dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz.2 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

4 ręczniki do rąk

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm z torebką na płyny z usztywnieniem, folia operacyjna 36 x 36 cm, z otworem 18 x 16 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17. dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm. Wykonana z folii PE 60µm, wzmocnienie serwety 65x85cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85 g/m2, całkowita gramatura w części wzmocnienia 140g/m2, odporność na przenikanie płynów 165cm H2O

4 ręczniki do rąk

2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

1 serweta na dwuwarstwowa 150 x 190 cm

1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm wykonana z kratonu

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

18. dotyczy Pakietu nr 18 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 2 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
4 ręczniki do rąk
3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu
1 elastyczny bandaż 12cmx6m
2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230x260cm z wycięciem „U" 20 x 100 cm z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

19. dotyczy Pakietu nr 18 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz.3 zestawu w niżej opisanym składzie oraz oddzielnie pakowanej kieszeni, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta 100 x 150cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 osłona na nogę 36 x 120 cm
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U" 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 8 zestawów
kieszeń jednokomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 55 sztuk

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

20. Zapytania do Pakietu nr 22:

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył czas realizacji zamówienia. Punktowany termin dostaw Zamawiający wyznaczył od 1 do 5 dni. W przypadku wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 22, tak krótki termin dostawy niestety jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Zamawiający bowiem każdorazowo przy składaniu zamówienia musi określić kolor oraz rozmiar asortymentu, a co za tym idzie, Wykonawca musi wyprodukować wyroby na podstawie przedstawionych w zamówieniu szczegółów.

Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni minimalny punktowany termin dostawy na co najmniej 5 dni roboczych, natomiast maksymalny na 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w przypadku asortymentu opisanego w Pakiecie nr 22.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale IV pkt 2 dodając powyższy zapis. Opis warunków dostawy przyjmuje treść: „Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie **do 1 - 5 dni od dnia złożenia zamówienia lub 5 – 10 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 22)"**
oraz w rozdziale X pkt 1 ppkt 1) lit a) dodaje się powyższy zapis:

a) 1 – 5 dni od złożenia zamówienia lub 5 – 10 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 22)

21. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22 worki Mayo o wymiarze 75x150 cm z warstwą chłonną 75x80 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków o rozmiarze 75x150cm.

22. Zamawiający w Pakiecie nr 22 wymaga, aby bluzy, spodnie i sukienki były zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych oraz pełnej zgodności z ww. normą dla prześcieradeł, serwet, worków Mayo i fartuchów.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie w zakresie Pakietu nr 22 wyników badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie? Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający może stwierdzić, czy zaoferowane wyroby są zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga załączenie do oferty wyników badań, jednak zastrzega sobie prawo w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego wyrobu do wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do przedstawienia ww. dokumentów.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje w SIWZ rozdział III pkt 10 o treści: **„w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego wyrobu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane wyroby są zgodne z z normą PN-EN 13795”**

23. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie kart technicznych tkanin, z których będzie wykonany asortyment zaoferowany w zakresie Pakietu nr 22, potwierdzających wymagane parametry, tj. gramaturę tkanin oraz skład surowcowy?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 22.

24. Pakiet nr 2

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta wykonanej z włókniny 100% polipropylen w kolorze granatowym – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

25. Pakiet nr 3

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem U o wymierzę 150 x 240 cm ze wzmocnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

26. Pakiet nr 3

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody w rozmiarze 14x250 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

27. Pakiet nr 3

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 38x43 cm – pozostałe parametry zgodnie z SWIZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieszeni w wyżej podanym rozmiarze.

28. Pakiet nr 3

Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy w wyżej podanym rozmiarze.

29. Pakiet nr 6

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP + PE) w kolorze aqua.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach.

30. Pakiet nr 7

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 x serweta przylepna 170 x 300 cm
1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad 150 x 160 cm)
1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
4 x ręcznik celulozowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

31. Pakiet nr 11

Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, samoprzylepnej z taśmą samoprzylepną włókninowa, dwuwarstwowa 90 x 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

32. Pakiet nr 13

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet nr 13

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

34. Pakiet nr 14

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy z padem chłonnym 245 x 320 cm, z otworem o średnicy 3 cm (pad chłonny – wzmocnienie w strefie krytycznej 150 x 150 cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o wyżej opisanych parametrach.

35. Pakiet nr 18

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 140 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x150 cm)
1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Serwety dwuwarstwowe o gramaturze min. 55 g/m2, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 140 cmH2o.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowaniezestawu o wyżej opisanych parametrach.

36. **Pakiet nr 18**

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U" z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowaniezestawu o wyżej opisanych parametrach.

37. **Pakiet nr 18**

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 x serweta przylepna 170 x 300 cm
1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad 150 x 160 cm)
1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
4 x ręcznik celulozowy
Gdzie kieszeń samoprzylepna w rozmiarze 38 x 43 cm jest dodatkowym elementem dołożonym do zestawu, pakowanym osobno.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowaniezestawu o wyżej opisanych parametrach.

38. **WZÓR UMOWY**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 2,000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 50% wartości Pakietu." zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto"?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

39. Pakiet 11 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm, gramatura laminatu min. 57,0 g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

40. Pakiet 11 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm, gramatura laminatu 57,5 g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

41. Pakiet 11 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x50 cm, gramatura laminatu min. 57,0 g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie wyżej opisanej serwety.

42. Pakiet 11 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75 cm, gramatura laminatu min. 57,0 g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie wyżej opisanej serwety.

43. Pakiet 11 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze laminatu min. 57,0 g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

44. Pakiet 11 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x185 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

45. Pakiet 11 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

46. Pakiet 11 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w rozmiarze 90x110 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

47. Pakiet 11 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w rozmiarze 150x180 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o powyższych parametrach.

48. Pakiet 1, poz. 4: czy Zamawiający dopuści pieluszki pakowane a'78 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pieluszki pakowane a'78 z przeliczeniem ilosci opakowań do wymaganych w SIWZ.

49. Pakiet nr 1 poz. 4:Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluszki dla niemowląt posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

50. Pakiet nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla niemowląt posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

51. Pakiet 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek do kolonoskopii w rozmiarze M, L, XL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie majtek w rozmiarze M, L, XL.

52. Pakiet 11, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm z przylepcem na krótszym boku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na serwetę z przylepcem na krótszym boku.

53. Pakiet 11, poz. 8: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania serwety w rozmiarze 130x90cm.

54. Pakiet 11, poz. 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o podanym rozmiarze.

55. Pakiet 13, poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

serweta z przylepcem 1szt 240x150cm
serweta z przylepcem 1 szt180x170 cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2szt 90x75 cm
taśma medyczna 1 szt50x9 cm
kieszeń na płyny z kształtką, 1 komorowa 1 szt40x30 cm
serwetki do rąk 2 szt40x20 cm
serweta na stół instrum. 1 szt190x150 cm
serweta na stolik Mayo 1 szt145x80 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

56. pakiet 14, poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1.serweta z przylepcem 1 szt240x150 cm

2.serweta z przylepcem 1 szt180x170 cm

3.serweta z przylepcem przylepiec na szerszym boku 2szt 90x75 cm

4.taśma medyczna 1 szt50x9 cm

5.kieszeń na płyny z kształtką, 1 komorowa 1 szt40x30 cm

6.serwetki do rąk 2 szt40x20 cm

7.serweta na stół instrum. 1 szt190x150 cm

serweta na stolik Mayo 1 szt145x80 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

57. *Dotyczy zapisów umowy:*

par. 6 ust. 1b: czy Zamawiający zgodzi sie na zmianę zapisów umowy na: "z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości niezrealizowanej części Pakietu."?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów umowy.

58. Zamawiający w Pakiecie 22 złożył zapotrzebowanie na fartuchy wysokiego ryzyka. Fartuchy wysokiego ryzyka są dedykowane do bardzo długich, inwazyjnych i mokrych zabiegów. Ponadto są bardzo drogie w zakupie. W ofercie posiadamy fartuchy standardowego ryzyka, które charakteryzują się wysokim poziomem barierowości, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla zabiegów średnioinwazyjnych, a są znacznie tańsze.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 w miejsce fartuchów wysokiego ryzyka fartuchy standardowe o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 90 cm H2O, o maksymalnej gramaturze 135 g/m2

- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60%, o gramaturze max. 125 g/m2, tkanina bawełniano-poliestrowa?

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania wyżej opisanych fartuchów, zgodnie z odpowiedzią Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 22 poz. 7.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu w formularzu cenowym w Pakiecie nr 22 poz. 7. Opis przedmiotu zamówienia przyjmuje treść:

„Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku **standardowy o konstrukcji ja poniżej:**

- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 90 cm H2O, o

maksymalnej gramaturze 135 g/m2

- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60%, o gramaturze max. 125 g/m2, tkanina bawełniano-poliestrowa. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha, kryty, zawijany dwuigłowy stebnowany, rękawy wykończone ściągaczem, kolor zielony. Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez min. 100 cykli użyć. fartuch zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian."

59. Sprostowanie zapisów SIWZ w formularzu cenowym – załącznik nr 2, dla Pakietu nr 11 poz. 4.

Zamawiający usuwa omyłkowo wstawiony zapis „laminat dwuwarstwowy-45cmx75cm,gramatura 55g/m2"

Treść poz. 4 to: **„Serweta sterylna przyklejana na dłuższym boku 50 x 60 cm. Gramatu ra 56g/m2"**

60. Doprecyzowanie zapisów SIWZ w formularzu cenowym – załącznik nr 2, dla Pakietu nr 16 poz. 2

Zamawiający wymaga zaoferowania masek chirurgicznych pakowanych po 60 szt.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z upoważnienia dyrektora
Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oborniikach
mgr Ewa Łokaj

Załączniki:

1. SIWZ
2. Formularz cenowy Pakiet nr 3
3. Formularz cenowy Pakiet nr 11
4. Formularz cenowy Pakiet nr 16
5. Formularz cenowy Pakiet nr 22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0 61) 29-23-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Oborniki, dnia 08 sierpnia 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana Małgorzata Ludzkowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, na postawie z § 7 ust. 5 i 6 Statutu SP ZOZ Oborniki, upoważniam **Ewę Łokaj** – Głównego Księgowego, do reprezentowania Zakładu w dniach od 09.08 do 18.08.2019r. w zakresie warunków dotyczących umów kontraktowych zdrowotnych z wyjątkiem innych spraw finansowych powyżej 3 tysięcy zł. (słownie: trzech tysięcy złotych) i pracowniczych.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska