Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/07/16/72

Oborniki, dnia 20.12.2016r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/07/16

Dot. przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na dostawę endoprotez ogłoszonego w dniu 15.12.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Czy zamawiający dopuści:

trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach i 20 rozmiarach, panewkę polietylenową z okapem, dwuprofilową w wersji niskiej i wysokiej lub panewkę polietylenową z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem lub panewkę polietylenową z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu oraz kołnierzem umożliwiającym lepszą presuryzację cementu, głowę metalową o średnicy 28 lub 32mm, w trzech rozmiarach długości szyjki, korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18 oraz głowę bipolarną; dodatkowo: trzpień prosty, pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w co najmniej 10 rozmiarach w opcji standardowej lub lateralizowanej, panewka bezcementowa typu press-fit, pełna lub z otworami na śruby, w rozmiarach od 44 do 74 mm ze skokiem co 2 mm, możliwość użycia w miejscu otworów w panewce 3-ch lub 5-u śrub stabilizujących; wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem w rozmiarach od 44 do 74 mm, możliwość śródoperacyjnego zastosowania wkładu ceramicznego; głowy o średnicy 28, 32mm, wykonane ze stopu CoCr w co najmniej 4 długościach szyjki lub opcjonalnie głowy ceramiczne o średnicy 28, 32, 36mm; dodatkowo: trzpień prosty, pokryty w 1/3 proksymalnej

porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w co najmniej 10 rozmiarach w opcji standardowej lub lateralizowanej; dodatkowo: cement kostny w opakowaniach po 40 gram z antybiotykiem, mieszalnik do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu, system do płukania powierzchni stawowych przed cementowaniem jednorazowego użytku posiadające własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłocząco ssącym płyn?

Odpowiedź, Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Ludzkowska