SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ……

Producent: ……

Typ/ model aparatu: ……

Kraj pochodzenia: ……

Rok produkcji min 2016: ……

Pakiet nr 2 Gastroskop

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)	Punktacja
I	II	III	IV	V
I	**Gastroskop długość min. 1030mm**	Podać długość i typ		
1	Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo	TAK		
2	Nr katalogowy	TAK		
3	Chip typu kolor	TAK		
4	Kąt obserwacji min. 140 ^{0}	TAK, podać		
5	Średnica kanału roboczego 3,7 do 4,0 mm	TAK, podać		
6	Średnica zewnętrzna wziernika maks. 13 mm	TAK, podać		
7	Głębia ostrości 3 – 100 mm	TAK		
8	Kąty zagięć góra/dół i prawo/lewo odpowiednio min. 180°/180° i min. 160°/160°	TAK, podać		

9	Programowalne przyciski endoskopowe min 4 Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. Zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC, sterowanie pompą wodną	TAK, podać		
10	Możliwość rejestracji nieruchomych obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy videoendoskopu w czasie rzeczywistym	TAK		
11	Możliwość rejestracji endoskopowych obrazów video bezpośrednio z głowicy videoendoskopu w czasie rzeczywistym	TAK		
12	Możliwość podłączenia do systemu wideoendoskopii EVIS EXERA 165 będącego na wyposażeniu pracowni	TAK		
WARUNKI GWARANCJI				
1	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesięcy, również w przypadku naprawy z winy użytkownika	podać		36 m-cy – 2 pkt; 38 m-cy – 5 pkt; 40 m-cy – 10 pkt
2	bezpłatne przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Terminu przeglądów pilnuje Wykonawca, 2 dni przed jego dokonaniem Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że będzie miał on miejsce.	TAK		
3	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy aparatu w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni	TAK		
4	Gwarancja produkcji części zamiennych przez minimum 10 lat	TAK		

5	Punkty serwisowe	TAK, podać		
6	Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi aparatu w cenie oferty, potwierdzone certyfikatem	TAK		
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK		
8	deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia/powiadomienia albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych	TAK		
9	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK		
10	serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat	TAK		

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 3 parametry.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp

UWAGA !

Nie spełnienie warunków określonych w kolumnie 3 - wymagana wartość skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczam, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.
2. Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy