Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/04/16/40

Oborniki, dnia 02.09.2016r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/16

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro **na dostawę urządzeń medycznych**, ogłoszonego w dniu 26.07.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Dot. Załącznik nr 3, pakiet nr 2:

Dot. pkt I Gastroskop długość min. 1600: Czy zamawiający dopuści urządzenie o długości sondy 1030mm? Być może doszło do pomyłki pisarskiej, ponieważ długość

sondy rzędu 1600mm posiadają wideokolonoskopy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i poprawia w załączniku nr 3 omyłkę pisarką dotyczącą długości sondy na 1030mm.

2. Dot. Załącznik nr 3, pakiet nr 2:

Dot. „Gastroskop"-„Warunki Gwarancji" pkt 1: Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego napraw w czasie gwarancji uszkodzeń powstałych z winy użytkownika?

Tak określony zapis przenosi ryzyko użytkowania sprzętu na dostawcę. Dostawca nie ma wpływu na organizację pracy pracowni, personel i pozostałe warunki w których aparat jest użytkowany. Taki zakres przejmowania ryzyka jest możliwy do zaoferowania natomiast znacząco podniesie cenę oferowanego aparatu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Dot. Załącznik nr 3, pakiet nr 2:

Dot. pkt 4 Czy zamawiający dopuści urządzenie z gwarantowanym czasem dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu endoskopu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z gwarantowanym czasem dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu endoskopu.

4. Dot. Załącznik nr 3, pakiet nr 2:

Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 2 wideogastroskop?

Odpowiedź: Pakiet nr 2 obejmuje tylko jedno urządzenie, a mianowicie wideogastroskop. Pakiet, który znajdował się w załączniku poniżej został wstawiony przypadkiem, myjnia zostaje usunięta z załącznika.

5. Dot. Załącznik nr 4, umowa dostawy - wzór:

Dot. §6 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści, aby naprawy gwarancyjne były wykonywane w autoryzowanym serwisie producenta w Polsce, a w przypadku poważnych napraw gwarancyjnych także w autoryzowanym serwisie producenta poza Polską?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża dopuszcza w Pakiecie nr 2, aby naprawy gwarancyjne były wykonywane w autoryzowanym serwisie producenta w Polsce, a w przypadku poważnych napraw gwarancyjnych także w autoryzowanym serwisie producenta poza Polską, w takim przypadku koszty transportu urządzenia do i z serwisu ponosi Wykonawca – Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zapis zostaje wprowadzony do wzory umowy.

6. Dot. Załącznik nr 4, umowa dostawy - wzór:

Dot. §6 ust. 4, Załącznik nr 3, pkt. 3 Warunków gwarancji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wstawienia sprzętu zastępczego wynosił 72 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

7. Dot. Załącznik nr 4, umowa dostawy - wzór:

Dot. §6 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów §6 ust. 5 na: „Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii nie będących konsekwencją niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów...”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

8. Dot. Załącznik nr 4, umowa dostawy - wzór:

Dot. §7 ust. 1 a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia do 0,4% wartości dostawy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

9. Dot. Załącznik nr 4, umowa dostawy - wzór:

Dot. §7 ust. 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie do 250 zł kary umownej za odmowę dostarczenia zamawianego towaru?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zmniejszenie kary umownej. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

10. Dot. Załącznik nr 4, umowa dostawy - wzór:

§7 ust. 1c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie do 1 000,00 zł kary z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zmniejszenie kary umownej. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

11. **Wzór umowy par. 6 ust. 2 –** Czy Zamawiający dopuści naprawę poprzez: odbiór uszkodzonego urządzenie z siedziby Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej (na koszt wykonawcy), naprawę w siedzibie wykonawcy oraz dostarczenie naprawionego urządzenie do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na (koszt Wykonawcy) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość dla urządzeń z Pakietów nr 4, 5 – Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zapis zostaje zamieszczony w umowie § 6 ust. 2 wzoru umowy.

12. **Wzór umowy par. 6 ust. 4**– W związku z faktem, iż we wzorze umowy nie został wskazany dopuszczony przez Zamawiającego czas naprawy, a jedynie czas szybkiej naprawy w przypadku przekroczenia którego następuje konieczność zapewnienia sprzętu zastępczego: Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wyżej czas naprawy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wpisuje do wzoru umowy w §6 ust. 4 po treści istniejącego już zapisu, dodatkowy zapis o następującej treści:”**Zamawiający dopuszcza czas naprawy urządzeń do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE.”**

13. **Wzór umowy par. 6 ust. 5 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu umowy:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części/podzespołu przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą tej samej części lub podzespołu Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.” ?
Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę modyfikację ust. 5.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający we wzorze umowy w §6 ust. 5 modyfikuje obecny zapis na zapis o treści: „**Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części/podzespołu przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą tej samej części lub podzespołów. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego urządzenia podpisany przez Zamawiającego.**”

14. **Wzór umowy par.** 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz 10% za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 3 - Kardiomonitor z centralą 3 szt.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

15. Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wzmocnienie przebiegu EKG: x0.5, x1, x2, x4 oraz AUTO ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany kardiomonitor.

16. Do punktu 6: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zakres pomiaru akcji serca w zakresie 20-300 bpm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany kardiomonitor.

17. Do punktu 15: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zawieszenie alarmu na 2 lub 5 minut ? Stałe zawieszenie alarmów może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Do punktu 17: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zakres pomiaru NIBP 15-260 mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

19. Do punktu 19: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który nie umożliwia pomiaru ciągłego NIBP?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

20. Do punktu 21: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający ustawienie automatycznego cyklu pomiarowego z interwałem 1-240 minut ?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

21. Do punktu 24: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar pulsu na podstawie pomiaru saturacji z dokładnością 5%/5bpm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

22. Do punktu 27: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar pulsu na podstawie saturacji w zakresie 30-250 bpm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. Do punktu 30: Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 10-45 °C ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

24. Do punktu 31: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru temperatury 0,3 °C w zakresie 10-24,9 °C oraz 0,2 °C w zakresie 25-45 °C ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

25. Do punktu 37: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający ustawienie wzmocnienie przebiegu respiracji x0.5, x1, x2, x4 oraz auto ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

26. Do punktu 38: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem respiracji w zakresie 4-120 rpm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

27. Do punktu 39: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar respiracji z dokładnością 5rpm/5%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

28. Do punktu 41: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający ustawienie regulacji alarmu bezdechu w zakresie 3-30 sekund ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

29. Do punktu 44: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o przekątnej 12” ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

30. Do punktu 46: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 6 krzywych jednocześnie na ekranie ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

31. Do punktu 48: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

32. Do punktu 49: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z okresu 24h? Dłuższe trendy nie mają zastosowania klinicznego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

33. Do punktu 52: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych jednak bez pokrętła nawigacyjnego oraz z aktualizacjami wgrywanymi za pomocą sieci a nie złącza USB ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z wyżej opisanym rozwiązaniem.

34. Do punktu 55: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez klawiatury alfanumerycznej w postaci fizycznej tylko wyświetlanej na ekranie ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

35. Do punktu 59: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem obliczenia nerkowe ?
Odpowiedź: Obliczenia nerkowe to kalkulatory umożliwiające ocenę pracy nerek pacjenta po dostarczeniu potrzebnych informacji z badania krwi i moczu. Są to parametry wyliczane przez kardiomonitor.

36. Do punktu 65: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym Inwazyjnego pomiaru ciśnienia w zakresie -48 do 320 mmHg ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza .

37. Do punktu 68: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metoda PICCO natomiast bez możliwości rozbudowy o nieinwazyjny rzut serca metodą kardiografii impedancyjnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

38. Do punktu 73: Czy Zamawiający dopuści centralę wyposażoną w dwa monitory o przekątnej 19 cali oraz komputer z pamięcią RAM 2GB, HDD 120 GB oraz z archiwizacją trendów z 24h oraz zapisów full disclosure z okresu 144h?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik nr 3.1.

39. Do punktu 1: Czy Zamawiający dopuści centralę wyposażoną w dysk o pojemności 120GB ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

40. Do punktu 2: Czy Zamawiający dopuści centralę umożliwiającą podgląd 4 pacjentów z możliwością rozbudowy do 16 stanowisk, jednak bez opcji 32 pacjentów ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

41. Do punktu 4: Czy Zamawiający dopuści centralę z archiwizacją trendów z 24h oraz zapisów full disclosure z okresu 144h?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

42. Do punktu 10: Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji 24 miesięcy ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH Pakiet nr 4 – Defibrylator

43. **Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności w pakiecie 4., defibrylatora LIFEPAK 15 posiadającego następujące cechy/parametry techniczne:**

Ad. 8. Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem – 7, 8 kg bez elektrod stałych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego defibrylatora.

Ad. 10. Pomiar oddechu za pomocą wbudowanego modułu kapnografu: 0-99 oddechów/min, z prezentacją krzywej oraz alarmem bezdechu pojawiającym się po upłynięciu ponad 30 sekund od ostatniego wykrytego oddechu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego defibrylatora.

Ad. 14. Łączna pojemność to 360 minut ciągłego monitorowania EKG, 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 15. 400 pojedynczych zdarzeń krzywych z krzywymi. Maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 16. Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy w zakresie wąskim i szerokim.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego defibrylatora.

Ad. 24. Zakres regulacji energii od 2 do 360J.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego defibrylatora.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące pakietu nr 3:

44. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, z możliwością trzystopniowego zawieszenia alarmów: 1 min., 2 min., 3 min. oraz wyłączenia na stałe ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

45. **AD. 41 (Załącznik 3)**

46. Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące możliwość ustawienia czasu alarmu bezdechu w zakresie 10 – 40 s ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

47. **AD. 53. (Załącznik 3)**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie monitora pacjenta o masie <7,5 kg ? W przypadku monitorów przyściennych, taka różnica w masie urządzenia nie powinna mieć znaczenia?
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuszcza, Wymaga urządzenia o wadze do maksymalnie 5 kg.

48. **AD. 56 (Załącznik 3)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące 5 poziomów regulacji głośności alarmów ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

49. **AD. 64-69 (Załącznik 3)**

Czy Zamawiający używając zwrotu o możliwości rozbudowy monitora o „DODATKOWE MODUŁY" wymaga zaoferowania monitorów typowo modułowych (z wymiennymi modułami oraz modułem transportowym) czy monitor kompaktowy z możliwością rozbudowy o dodatkowe, wymienione elementy/funkcjonalności?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitora kompaktowego.

50. **AD. 65 (Załącznik 3)**

Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na rozbudowę o moduł pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, realizującego ww. pomiar w zakresie od -50 do 300 mmHg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

51. **AD. 68 (Załącznik 3)**

Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na rozbudowę o moduł pomiaru gazów anestetycznych w technologii strumienia bocznego lub głównego (do wyboru), nie pozwalający na rozbudowę o moduł pomiaru rzutu serca metodą kapnografii impedancyjnej ICG?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

52. **AD. 73 (Załącznik 3)**

Czy opisana w punkcie 73 centrala to ta sama centrala opisana w Załączniku 3.1, czy Zamawiający oczekuje dostawy dwóch central pielęgniarskich?
Odpowiedź: Opisana w pkt 73 i załączniku 3.1 centrala to ten sam przedmiot zamówienia.

53. **AD. 73 (Załącznik 3)**

AD. 4, 5 (Załącznik 3.1)

Czy Zamawiający dopuści centralę pielęgniarską pozwalającą na zapamiętanie 72 godzin (3 dni) krzywych Full-Disclosure, 240 godzin (10 dni) trendów graficznych i numerycznych dla każdego pacjenta oraz pamięć 1000 zdarzeń alarmowych dla każdego pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

54. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu defibrylator o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych tj.;

Ad. 8 masa defibrylatora do 7,2 kg;
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 9 pomiar trzech kanałów – I.II.III przy pomocy 3 odp. kabla ekg oraz I.II.III aVI, aVR, aVX, aVF w tym jedno przedsercowe. na wyposażeniu kabel 3 i 5 odp.;
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 10. bez pomiaru oddechu;
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 14 i 15. z pamięcią 10000 zdarzeń. dane zapisywane w czasie zdarzenia, stan urządzenia, mierzone parametry HR, Spo2, NIBP, przyczyna zdarzenia, energia impulsów, stan filtrów EKG, krzywe EKG monitorowane w czasie zdarzenia z możliwością wydruku na drukarce wbudowanej lub zapisu na nośniku pendrive i odczycie na komputerze użytkownika,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyżej opisanymi funkcjami.

Ad. 17. możliwość natychmiastowego wyłączenia alarmów fizjologicznych za pomocą jednego przycisku;
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie.

Ad 24. zakres regulacji energii w zakresie min. 1 – 300J, minimum 15 poziomów energii zewnętrznej i 15 poziomów energii wewnętrznej;
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 34. możliwość rozbudowy o moduł pomiaru etCO2 bez pomiaru temperatury;
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 4 – Defibrylator

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału dla modułu EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV wyświetlanym na 8,4 calowym, kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego urządzenia.

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z równoważną techniką pomiaru oddechu - pneumografią impedancyjną z zakresem pomiaru oddechu od 0,3 do 120 oddechów/min i zakresem nadzoru bezdechu od 10 do 60 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyżej opisaną techniką pomiaru oddechu.

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z możliwością wydruku 10s krzywej EKG drukowanym na wysokiej jakości drukarce termicznej o szerokości papieru 80mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Na podstawie **art. 38 ust. 6** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza **nowy termin** składania ofert **na dzień 16.09.2016 r.**

I. **SIWZ część XIII ust. 6 pkt a) i b)** - otrzymują brzmienie: „(...) - nie otwierać **do dnia 16.09.2016r godz. 11:00**".

II. **SIWZ część XIV ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XIII SIWZ należy złożyć do dnia **16.09.2016r do godz. 10:00** (...)"

III. **SIWZ część XIV ust. 4** otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (…), dnia **16.09.2016r. o godz. 11:00**"

IV. **SIWZ część XVI ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść **wadium najpóźniej do dnia 16.09.2016r. o godz. 9:50.** (...)"

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska