Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/11/19/217 Oborniki, dnia 13.11.2019r

SPROSTOWANIE CZĘŚCI III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Znak sprawy: ZPD/11/19

Dot. przetargu nieogarniczoneg na **zakup sprzętu medycznego: Centralnego Systemu Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, materaca zmiennociśnieniowego i głowicy Convex** ogłoszonego w dniu 05.11.2019r na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 dokonuje sprostowania części III odpowiedzi na zapytania, które zostały ogłoszone w dniu 13.11.2019r.; znak pisma: L.Dz. ZPDK/11/19/215:

Sprostowanie dotyczy:

PYTANIE NR 8 - dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 2.1, pkt 35

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu Instalacji posiadanego przez Zamawiającego sprzętu KTG do systemu centralnego nadzoru okołoporodowego: **aparatów Philip Avalon PM20 (dostosować wejścia) oraz Huntleigh D4000XS (dostosować wejścia)** z następujących przyczyn:

Ad. 1 - Philip Avalon PM20 (dostosować wejścia) – Dostosowanie aparatu KTG Philips FM20 posiadanego przez Zamawiającego podniesie koszty zamówienia o ponad 10% ponieważ aparat nie jest wyposażony w kartę sieciową która umożliwia podłączenie do jakiekolwiek Systemu.

Ad. 2. Huntleigh D4000XS (dostosować wejścia) – instalacja tego aparatu KTG do działania w Systemie jest niemożliwa. W aparacie tym nie ma możliwości dostosowania wejść.

Ad.3 Alternatywnie prosimy o dopuszczenie Instalacji tylko aparatu KTG Philips FM20 (z dostosowaniem wejścia) i rezygnację z instalacji Huntleigh BD 4000xs

Zamiast - Odpowiedź: Zamawiający uznaje, że pytanie dotyczy aparatu Philips Avalon **PM20** a nie FM20.
W związku z czym, Zamawiający wyraża zgodę na pkt Ad.3 tj.: dopuszczenie do instalacji tylko aparatu KTG Philips Avalon PM20 i rezygnuje z instalacji aparatu Huntleigh D4000XS.

Powinno być - Odpowiedź: ~~Zamawiający uznaje, że pytanie dotyczy aparatu Philips Avalon **PM20** a nie FM20.~~
Zamawiający wyraża zgodę na pkt Ad.3 tj.: dopuszczenie do instalacji tylko aparatu KTG Philips Avalon **FM20** i rezygnuje z instalacji aparatu Huntleigh D4000XS.

Dodatkowo: Zamawiający we wszystkich częściach SIWZ gdzie występuje oznaczenie aparatu Philips Avalon **PM20** poprawia na znak Philips Avalon **FM20.**

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak