FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Załącznik nr 2 do SWZ

Pakiet nr 24 Implanty do chirurgii stopy

Lp.	Opis	Cena jednostkowa	Ilość na 12 m-cy	j.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
I. Implanty do chirurgii stopy wraz z użyczeniem napędu ortopedycznego										
1	Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby		20	szt.						
2	Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm		20	szt.						
3	Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 36 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 36 co 2mm		20	szt.						
4	Tytanowe niekaniulowane śruby typu herberta o średnicy 1,7mm i długościach w zakresie 8 - 14mm		10	szt.						
5	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm		10	szt.						
6	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm		10	szt.						
7	Wiertło kaniulowane do śrub 2,3		2	szt.						
8	Wiertło kaniulowane do śrub 3,0		2	szt.						
9	Tytanowa płytka T dedykowana do operacji Lapidusa. Płytka anatomiczna grubości 2,0mm mocowana na 4 śruby blokowane wieloosiowo.		10	szt.						
10	Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 10-28 mm		30	szt.						
11	Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo.		5	szt.						
12	Tytanowa płytka do osteotomii korekcyjnej kości piętowej o grubośći 2,5mm, dostępna w 3 szerokościach korekcji od 6 do 10mm, mocowana na śruby wielosiowo blokowane		10	szt.						
13	śruby gąbczaste blokowane 3,5mm w długościach 16-34 mm		50	szt.						

14	Śruby gąbczaste kompresyjne 3,5mm w długościach16-35mm		10	szt.						
15	Druty Kirchnera 1,0		50	szt.						
16	Druty Kirchnera 0,7		50	szt.						
RAZEM						**x**			**x**	**x**

Wymagane warunki:

1. Zamawiający wymaga dostarczenia płytek wraz z instrumentarium i napędem ortopedycznym w terminie do maksymalnie 72 godzin od zamówienia złożonego telefonicznie, faksem lu e-mailem.