Załącznik nr 2.6 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW i PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

Pakiet nr 6

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji: 2022	PODAĆ	
2	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR	TAK	
3	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.	TAK	
4	Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm	TAK, podać	
5	Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm	TAK	
6	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji	TAK	
7	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka	TAK, podać	
8	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami	TAK	
9	Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, - pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie), - otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, - pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka,	TAK, podać	

	- pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka, - półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka		
10	Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, - listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, - wieszak kroplówki, - uchwyt na defibrylator, - listwa zasilająca z min 4 gniazdami montowana w korpusie wózka	TAK, podać	
11	Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości	TAK, podać	
12	1. Deklaracja Zgodności – dołączyć do oferty, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – dołączyć do oferty, 3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi – dołączyć do oferty	TAK	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres min. 36 miesięcy	TAK, PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy urządzenia w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu. Przegląd będzie dotyczył m.in. sprawdzenia/ wymianie filtrów, sprawdzenie docisku uszczelek, sprawdzenie pod względem uszkodzeń mechanicznych związanych z użytkowanie lub mogących powstać przez czynniki zewnętrzne; Zakres pomiarów będzie dotyczył prędkości przepływu powietrza i ilości cząstek w m3 powietrza. Sprawdzenie integralności filtrów, skuteczności filtracji, szczelności filtrów, testy dymne. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy urządzenia.	TAK	

3	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego		
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.		
5	Dostawa urządzenia do Siedziby Zamawiającego	TAK	
6	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach ceny ofertowej	TAK	
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	
8	Opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi	TAK, dołączyć do oferty	
9	Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK, dołączyć do oferty	

1. W przypadku zastosowania w powyższej dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp.

dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

2. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp. - rozwiązania równoważne opisywanym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej