Pakiet nr 59 Rękawice chirurgiczne niesterylne

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość na 12 m-cy	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota podatku	Wartość brutto	nr katalogowy	Producent
1	Rękawice nitrylowe bezpudrowe posiadające teksturę min. na końcach palców /opak A 100 szt /;rozmiar XS,S,M,L,XL. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, AQL ≤ 1,0, grubości na palcu 0,11 - 0,12 mm (ścianka pojedyncza),Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ , zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych)	opak.	**10000**							

2	Rękawice diagnostyczne dedykowane dla alergików, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS–XL, pakowane po 100 sztuk, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 300 mm, grubości minimalne: na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 10 N oraz po starzeniu min. 9.5 N, rękawice bez protein lateksu, AQL≤ 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III , zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie dla alergików, potwierdzenie raportem badania wykonanym zgodni ze zmodyfikowanym testem Draize-95 dotyczącym uczuleń skóry na chemikalia oraz międzynarodowym testem ISO 10993-10 dotyczącym uczuleń skóry	opak.	**120**							

3	Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.11 mm oraz na mankiecie 0.09 mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 9N,, poziom protein lateksu < 20 µg/g, AQL≤ 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ , zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych).	opak.	**200**							
RAZEM						**x**			x	x

Podpis