Załącznik nr 2.17 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
KOZETKA LEKARSKA

Pakiet nr 17

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji:	PODAĆ	
PARAMETRY OGÓLNE			
2	Kozetka lekarska z wieszakiem na rolkę do prześcieradła jednorazowego. Przeznaczona do wykorzystania w gabinecie lekarskim / zabiegowym. Wykonana z ze stali , pokryta farbą proszkową, leże obite pianką poliuretanową i obszyta materiałem skóropodobnym zmywalnym. Obicie: kolor chirurgiczny. Szerokość 55 cm/ + 5 cm; długość min. 188 cm; wysokość 51 cm +/- 5 cm; kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 º; waga max 27 kg; dopuszczalne obciążenie min 180 kg	TAK PODAĆ	
WARUNKI GWARANCJI			
1	Gwarancja max 12 m-cy	PODAĆ	
2	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	
3	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej