Załącznik nr 2.2 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ŁÓŻKO PORODOWE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z WYPOSAŻENIEM

Pakiet nr 2

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji – fabrycznie nowe	PODAĆ	
PARAMETRY OGÓLNE			
2	Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu.	TAK	
3	Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Kolumna umieszczona asymetrycznie dla zapewnienia maksymalnego dostępu personelu do rodzącej. Podstawa łóżka przykryta osłoną na całej powierzchni.	TAK	
4	Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy też innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta.	TAK	
5	Segmenty leża/oparcie pleców, siedzisko, segment nożny/wykonanie z laminatu dla łatwego mycia i dezynfekcji.	TAK	
6	Długość łóżka porodowego wraz z materacem 205cm +/- 5 cm	TAK	
7	Szerokość łóżka porodowego wraz z materacem: 100 cm +/- 5 cm	TAK	
8	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 60-95 cm +/- 2 cm liczonym od górnej powierzchni materaca.	TAK	
9	Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od -15 stopni do 75 stopni, +/- 5 stopni.	TAK	
10	Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 stopni do 25 stopni, +/- 5 stopni.	TAK	
11	Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja w zakresie min. 0-25 cm, dopuszczony większy zakres.	TAK	

12	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. -15 stopni, +/- 3 stopnie.	TAK	
13	Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców.	TAK	
14	Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy „na wprost". Blokada uruchamiania za pomocą dźwigni umieszczonych od strony głowy.	TAK	
15	Łóżko porodowe wyposażone w materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Materace klejone. Maksymalna grubość materacy 70 mm. Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów.	TAK	
16	Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym.	TAK	
17	Łóżko porodowe regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu. Podkolanniki mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu.	TAK	
18	Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję.	TAK	
19	Łóżko porodowe wyposażone w zintegrowany z oparciem pleców uchwyt na ręce pacjentki lub służący do przetaczania łóżka.	TAK	
20	Standardowe obciążenie łóżka min. 25kg.	TAK	
21	Wyposażenie: - komplet materacy - komplet podkolanników/oparć stóp - demontowalna do dezynfekcji miska wykonana ze stai nierdzewnej lub tworzywa - sterownik ręczny (pilot przewodowy) - regulowany podgłówek (poduszka) - barierki bocznego - uchwyt do pozycji kucznej	TAK	
22	Przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją po zakończeniu okresu gwarancji	JEŚLI DOTYCZY	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja max 36 m-cy	PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy łóżka wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	

3	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK	
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, podać	
6	Dokument potwierdzający autoryzację serwisu	TAK	
7	Dostawa łóżka do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie jego obsługi w cenie oferty.	TAK	
8	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	
9	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej