Załącznik nr 2.3 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
LAMPA ZABIEGOWA ŚCIENNA

Pakiet nr 3

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji – fabrycznie nowe	PODAĆ	
PARAMETRY OGÓLNE			
2	Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa na zawieszeniu ściennym. Zawieszenie posiada osłonę zakrywającą płytę montażową i wszystkie przyłącza elektryczne.	TAK, podać	
3	Ramię kopuły złożone z 2 części - ramie poziome zapewniające obrót lampy w zakresie min. 180 stopni, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej poruszające się dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu.	TAK	
4	Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającego dokładne pozycjonowanie lampy.	TAK	
5	Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowości.	TAK	
6	Średnica kopuły do 30 cm.	TAK, podać	
7	Kopuła wyposażona w uchwyt brudny.	TAK	
8	Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie).	TAK	
9	Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej.	TAK	
10	Ilość źródeł światła - min. 18 (tylko białe diody LED).	TAK, podać	
11	Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy.	TAK	
12	Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 60.000 lux	TAK, podać	
13	Wgłębność: 130 cm.	TAK, podać	
14	Współczynnik odwzorowania barw Ra 96	TAK, podać	
15	Temperatura barowa : 4.400 K	TAK, podać	
16	Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach.	TAK, podać	
17	Pobór mocy poniżej 20 W.	TAK, podać	
18	Waga do 20kg.	TAK, podać	
19	Żywotność źródła światła do 50.000 godz.	TAK, podać	
20	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I	TAK, podać	
21	Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2	TAK, podać	

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja max 36 m-cy	PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	
3	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK	
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, podać	
6	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	
8	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej