ZPD/09/19

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY

Pakiet nr 6

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji – fabrycznie nowe	PODAĆ	
PARAMETRY OGÓLNE			
2	Materac nawierzchniowy zmiennociśnieniowy dla pacjentów ze średnim lub wysokim ryzykiem odleżyn, wymiary: 19x87x17 cm, wysokość terapeutyczna powietrza 12cm, waga pacjenta: 30-150 kg. Materac z kompresorem i pokrowcem. Automatyczna regulacja ciśnienia w komorach.	TAK	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja max 12 m-cy	PODAĆ	
2	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
3	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	
4	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej