Załącznik nr 2.7 do SIWZ

OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
RESEKTOSKOP MONOPOLARNY

Pakiet nr 7

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)
I	II	III	IV
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji – 2019	PODAĆ	
PARAMETRY OGÓLNE			
2	Optyka urologiczna o średnicy zewnętrznej 4mm, długość robocza 307mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna w 134 stopniach C musi być kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego kleszczami optycznymi oraz płaszczami resektoskopów i cystoskopów – 1 szt	TAK	
3	Szklany wkład do strzykawki pęcherzowej o pojemności 150 ml, kompatybilny z posiadaną strzykawką pęcherzową – 2 szt.	TAK	
4	Transporter elektrod (monopolarny), zapięcie do płaszcza na zasadzie szybkozłączki, zapięcie optyki zapięciem obrotowym, uchwyt na palce zamknięty, uchwyt na kciuk zamknięty i obrotowy, musi obsługiwać elektrody „Shark” - 1 szt	TAK	
5	Płaszcz przepływowy złożony z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego 24/26 Fr. Płaszcz zewnętrzny bruzdowany wzdłużnie na całej długości, z dopływem i odpływem dla płynów zamykanymi na plastikowe kraniki, zakończenie płaszcza ceramiką w kolorze czarnym nie odbijającą światła. Płaszcz zewnętrzny perforowany na końcu dystalnym z dwa okrągłymi pierścieniami w różnych kolorach stanowiącymi mechanizm zapinania i rozpinania płaszczy i elementu roboczego, od strony pierścieni dwie uszczelki typu o-ring – 1 kpl.	TAK	
6	Obturator kompatybilny z płaszczem przepływowym 24/26 Fr – 1 szt.	TAK	
7	Pojemnik plastikowy do sterylizacji strzykawki pęcherzowej, na dnie mata silikonowa z wypustkami typu „jeż”, w zestawie plastikowa etykieta znamionowa wraz z flamastrem do opisania pojemnika, wymiary: 300x120x60 mm – 1 szt	TAK	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
1	Gwarancja max 36 m-cy	PODAĆ	
2	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK	

3	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK	
4	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
5	Punkty serwisowe	MIN. 1, podać	
6	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty.	TAK	
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim.	TAK	
8	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK	
9	Przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją po zakończeniu okresu gwarancji	JEŚLI DOTYCZY	

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej