Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/10/17/218

Oborniki, dnia 01.09.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/10/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę endoprotez cementowych i bezcementowych krótkotrzpieniowych stawu biodrowego, leku amantidinum oraz pojemników z formaliną**, ogłoszonego w dniu 23.08.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytanie:

1. Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proszę o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów o następującym (modyfikacja Pozycji nr 1 w PAKIECIE NR 1) OPZ) opisie:

- Trzpień cementowany z korkiem, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz trzpeień w 10 rozmiarach w wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. Nie wymaga centralizatora.
- Korek do blokowania jamy szpikowej.
- Głowa metalowa o średnicy 32mm i 36mm.
- Głowa bipolarna samocentrująca na głowę 28mm w rozmiarach 39mm-61mm
- Panewka z polietylenu cementowana na głowę 28 w 5 rozmiarach tzn. 40,43,47,50,53 oraz na głowę 32 w 3 rozmiarach tzn. 47,50,53

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów o powyższym opisie.

2. Dotyczy Pakietu nr 3, projektu umowy oraz projektu umowy udostępnienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagają dla pakietu nr 3 wiertarki, piły (w pakiecie startowym z 1 ostrzem) wraz z kompletem podwójnych baterii i ładowarką stacjonarną, zestaw haków?

Uzasadnienie: W pakiecie nr 3 znajduje się system do podawania cementu i cement kostny, do którego w/w elementy nie mają zastosowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę wymagając pakietu startowego dla Pakietu nr 3. Zamawiający dokonuje poprawy w formularzu cenowym, wzorze umowy. Poprawione załączniki stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi.

3. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia omyłkę pisarską popełnioną w Pakiecie nr 1 – Endoproteza cementowa stawu biodrowego w punkcie 1c. Podano, że wymagane jest zaoferowanie 3 panewek a właściwy zapis powinien zawierać 7 panewek. Poprawiony załącznik stanowi element niniejszych odpowiedzi.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska