F O R M U L A R Z C E N O W Y **Załącznik nr 2 do SIWZ**

Pakiet nr 75 Trokary, narzędzia laparoskopowe

Lp.	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Trokar bezostrzowy 5mm kaniula 70mm Trokar z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka stożkowa w kaniuli. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Trokar o dług. 70 mm	30	szt.							
2	Trokar Hassona 11mm Trokar z przeźroczystą, gładką kaniulą oraz dociskiem karbowanym. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy, tępy z dwoma.Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne,plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara	40	szt.							
3	Worek laparoskopowy Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w 3 rozmiarach: 10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml, 10 mm 130 mm x 180 mm- 600 ml, 12 mm x190 mm x 230 mm- 1150 ml. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt	60	szt.							

4	Nożyczki laparoskopwe Długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2.	5	szt.							
5	Zestaw do ssania-płukania Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa - zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (S) w kolorze białym i płukanie (I) w kolorze zielonym (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki 5 mm lub 10 mm o dług. 33 lub 45 cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności.	10	szt.							
RAZEM						x				

Podpis Wykonawcy

Pakiet 76 Trokary

Lp.	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Trokar 5mm Zestaw trokarów 5mm (dwie kaniule + 1 obturator) bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery z dł. 55mm. Pakowany po 10 sztuk.	30	szt.							
2	Trokar 12mm (jedna kaniula + 1 obturator) atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany, prosty, długość 100mm. Sterylny, pakowany pojedynczo	10	szt.							
RAZEM						x				

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 77 Siatki z poliropylenu monofilamentowego, taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu

Lp.	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	System składający się z 3 elementów: I. Siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami, środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami, dolne ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość 8, cm, szerokość 6 cm, gramatura 19,2 g/m2, grubość 0,27 mm, porowatość 59%. II. Prowadnice z nitinolu o długości 500mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych. III. Prowadnice z nitinolu długość 650 mm do przeprowadzenia ramion dolnych. IV. 1 Komplet igieł do implantacji (zielone, niebieskie, białe)	3	szt.							
2	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o unikalnym wzorze tkania, warunkującym prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Rozmiar: szerokość: 1,25cm, długość 50 cm. Zwężenia na końcach ułatwiające założenie taśmy na prowadnicę	10	szt.							
RAZEM						x				

Podpis Wykonawcy