Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPUK/06/17/20

Oborniki, dnia 27.03.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPU/06/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego,** ogłoszonego w dniu 25.04.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pytanie do SIWS

Pkt 5 - Przegląd aparatury i sprzętu medycznego podpunkt 11

"Przedmiotowe usługi będą wykonywane na terenie siedziby Zamawiającego. Jeśli zaistnieje konieczność wykonywania ww. czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a Wykonawca na czas przeglądu dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych lub równorzędnych parametrach technicznych, kompatybilny z posiadającymi przez Zamawiającego urządzeniami (dotyczy gastroskopów i kolonoskopów)."

Czy jest możliwość dodania zapisu, że **obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego obejmuje przeglądy gastroskopów i kolonoskopów w przypadku, gdy czas przeglądu przekracza 4 dni robocze - w tym czas logistyki/transportu sprzętu.**

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. O terminie Zamawiający wspomniał w części III pkt 10 SIWZ, tj. zakończenie usługi powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

2. Pakiet nr 19, pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 19 pozycji nr 1 - diatermii EMED i stworzenie pakietu składającego się tylko z tej diatermii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 19A: pozycje 1.**

3. **Dotyczy pakietu nr 12, 13, 16:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **jednoznaczne** wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Przegląd respiratorów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności powinien uwzględniać wymianę wszystkich podzespołów/ części zużywalnych, akumulatorów, pakietów serwisowych wymagających wymiany.

4. **Dotyczy pakietu nr 33, 34:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **jednoznaczne** wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu wszystkich części wchodzących w skład aparatu do znieczuleń. Moduły gazowe są wbudowane w aparat.

Monitor aparatu Aestiva to Compact S5 FC M1, rok prod. 2002. Monitor aparatu Alys 2000 to PM-9000, rok. Prod. 2001, producenta Caymans Mindray.

5. **Dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 33, 34:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych/ akumulatory ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. rażąco niskiej ceny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny usługi w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 33, 34 należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych/ akumulatory.

6. **Dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 33, 34:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki zamawiający przyjął harmonogram przeglądów (dzień/ miesiąc/ rok) dla urządzeń wymienionych w zakresie ww. pakietów. Znajomość przez Wykonawców

obowiązującego harmonogramu przeglądów jest niezbędne do prawidłowej/ rzetelnej kalkulacji ceny za oferowane usługi.

Odpowiedź: Harmonogram przeglądów rozłożony jest w ciągu całego roku. Szczegółowe informacje w tej sprawie Zamawiający przekaże Wykonawcom po podpisaniu umowy.

7. **Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest dokładnie typ urządzeń wymienionych ww. pakiecie i pozycji? Wskazane dane są bowiem niewystarczające do prawidłowej identyfikacji urządzenia objętego przedmiotowym postępowaniem. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Kardiomonitor Lifescope TR BSM-650 1K.

8. **Dotyczy pakietu nr 33:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest dokładnie typ urządzeń wymienionych ww. pakiecie i pozycji? Wskazane dane są bowiem niewystarczające do prawidłowej identyfikacji urządzenia objętego przedmiotowym postępowaniem *(podano niepełne numery określające typ posiadanych przez zamawiającego urządzeń)*. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 33 wymieniony jest aparat do znieczuleń Aestiva 5/7100.

9. **Wniosek o udostępnienie edytowalnej wersji SIWZ oraz załączników:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający udostępni na stronie internetowej edytowalną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Udostępniony skan specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników uniemożliwia estetyczne i sprawne przygotowanie oferty przetargowej. Formularz ofertowy i formularze cenowe wymagają aktualnie ręcznego przepisywania informacji zawartych w SIWZ oraz w przypadku złożenia oferty do większej ilości pakietów kilkukrotnego wypełnienia formularza ofertowego. Wnioskujemy o przychylne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Odpowiedź: Edytowalną wersję SIWZ można uzyskać wysyłając wiadomość z prośbą o jej udostępnienie na adres: klossowskamagdalena@szpital.oborniki.info

10. **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 33**

Wykonawca zwraca się za zapytaniem do Zamawiającego czy w aparacie z powyższego pakietu były wymienione akumulatory podczas ostatniego przeglądu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze podczas ostatniego przeglądu zostały wymienione następujące części/ podzespoły: zestaw serwisowy do modułu gazowego, filtr powietrza NIBP, filtr przeciwkurzowy, filtr przeviwkurzowy boczny, uszczelka O2 na butlę, uszczelka N2O na butlę, filtr brązowy zasilania, uszczelki gniazd parowników, filtr metalowy gniazda zasilania, filtr 2um.

11. **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 33**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie typu respiratora zainstalowanego przy aparacie z powyższego pakietu. Informacja jest ta niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Respirator jest bez nazwy, stanowi jedną całość z aparatem Aestiva 5/7100.

12. **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 33**

Wykonawca zwraca się za zapytaniem do Zamawiającego czy przy aparacie z wyżej wymienionego pakietu jest zainstalowany monitor? W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca prosi o podanie modelu tego monitora oraz czy Zamawiający wymaga by oferta obejmowała również wykonanie przeglądu tego monitora.

Odpowiedź: Tak, przy aparacie jest zainstalowany monitor Compact S5 FC M1. Zamawiający wymaga przeglądu wszystkich urządzeń wchodzących w skład aparatu.

13. **Dot. Umowa par.9 ust.3b**

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu udostępniania Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury zakupu za materiały i części zamienny wykorzystywane do napraw. Faktura zakupu, a tym samym poziom cen i upustów wynegocjowanych z partnerem (wytwórcą / dostawcą części) oraz marża jaką Wykonawca zastosuje w ofercie stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstw.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu. Informujemy, że Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny materiałów i części zamiennych po cenach obowiązujących u Wykonawcy, który naprawia dane urządzenie.

14. Dot. SIWZ rozdz. V pkt. 3 oraz 4 i rozdz. V pkt. 3.3b

Wnioskujemy o pozostawienie jako konieczny wymogu posiadania zaświadczeń producenta sprzętu, którego dotyczy złożona oferta potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonywania usług z zakresu przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego objętego przedmiotem postępowania, tj. przeszkolenie w zakresie aparatury wspomagającej, uruchamiającej lub zastępującej funkcje życiowe (np. respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory), specjalistyczne w zakresie obsługi i naprawy sprzętu (np. aparatury do dializ) oraz w zakresie aparatury monitorującej (np. holtery, kapnografy) i aparatury chirurgicznej (np. aparatury do znieczuleń i diatermie).

Z zapisów wymogu odczytać można intencję Zamawiającego do zapewnienia wykwalifikowanego serwisu dla urządzeń o wysokim stopniu inwazyjności lub bezpośrednio odpowiadających za podtrzymanie lub monitorowanie czynności życiowych, dlatego też możliwość zastąpienia w/w zaświadczenia producenta oświadczeniem o praktyce w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego (wraz z wykazem usług) wydaje się być niewystarczająca do udowodnia predyspozycji do wykonywania czynności

serwisowych (w tym napraw i instruktaży dla użytkownika – Umowa Par.3 ust.2e) dla w/w urządzeń i w naszej ocenie kłuci się z intencją Zmawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

15. Dot. SIWZ rozdz. VIII pkt. 3a

Prosimy o informację jakiego uprawniania z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 62353 wymaga Zamawiający (nazwa uprawnienia).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uprawnienia energetycznego do 1kV.

16. Dot. pakiet nr 19

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 19 diatermii produkcji firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy, tj. poz.3 (ICC 300), poz.4 (ICC 300) oraz poz.5 (ICC 200) tworząc w ten sposób oddzielny pakiet. Zmiana ta umożliwi przedstawienie oferty serwisowi posiadającymi uprawnienia do serwisowania aparatury ERBE.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 19B: pozycje 3, 4, 5.**

17. Dot. SIWZ – pakiet diatermie

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy posiadania aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych, okazywanego na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia?

Ingerencja w aparaturę podmiotów i osób nieupoważnionych przez wytwórcę skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności producenta za produkt.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych, okazywanego na każde wezwanie w trakcie realizacji usługi.

18.Dot. SIWZ

Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do wzoru umowy.

19. Dot. Umowa par. 8 pkt.1

Wnioskujemy o zmianę sposobu liczenia czasu na przedstawienie oferty naprawy z 2 dni od otrzymania powiadomienia o awarii, na 2 dni liczone od zadeklarowanego czasu reakcji (Umowa par.5 ust.11). W obecnym kształcie Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia oferty wcześniej niż dopuszczony przez Zamawiającego czas na reakcję po zgłoszeniu awarii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu liczenia czasu na przedstawienie oferty naprawy

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść §8 pkt 1 wzoru umowy na zapis o następującej treści: **Naprawa aparatu wynikająca z awarii lub gdy stwierdzone zostaną usterki w trakcie przeglądu okresowego – musi być poprzedzona ofertą wystawioną w terminie 2 dni roboczych liczonych od zadeklarowanego czasu reakcji.**

20. Dot. Umowa par.5 pkt.7

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczania aparatu zastępczego dla urządzeń wielkogabarytowych lub trwale przytwierdzonych do elementów konstrukcyjnych budynku (np. stołu operacyjne, lampy op. Itp.).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający miał na myśli urządzenia zastępcze nie stwarzające problemu przy przenoszeniu, typu: monitory, aparaty, respiratory, kolonoskopy, gastroskopy itd.

21. dotyczy pakietu nr 17

Firma Medline, zwraca się z prośba o wydzielenie poniższych pozycji oraz utworzenie osobnego pakietu dla sprzętów produkcji Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+ Co.KG :

- pozycja 8 – ssaki prod. Weinmann

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów i ssaków Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+ Co.KG , wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne wykonywać może jedynie autoryzowany serwis oraz upoważnieni do tego przez producenta serwisanci.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu.

22. dotyczy zadania nr 25 :

Firma Medline, zwraca się z prośbą o wydzielenie poniższych pozycji z zadania nr 25 oaz utworzenie osobnego pakietu:

- pozycji 8 – kapnometrów Emma z pakietu 25

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu.

23.Dotyczy pkt.13.

Czy rączka do nożyczek ma być z możliwością koagulacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rączka do nożyczek ma być z możliwością koagulacji.

24.Dotyczy pkt.18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rurkę o średnicy 5 mm, która jest przeznaczona do pracy z trokarami o średnicy 5,5 mm ? pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rurkę o średnicy 5 mm, tóra jest przeznaczona do pracy z trokarami o średnicy 5,5 mm.

Dotyczy pakietu nr 1 i 4:

25. Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak powyżej zgodnie z zapisami SIWZ część V ust. 5 pkt 6).

26. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK i LUCAS w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

Odpowiedź: 1 Lifepak 12 i defibrylator AED mogą mieć przegląd w jednym czasie, pozostałe w innych terminach, gdyż różnie kończą się dla nich przeglądy.

27. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dotychczas przesyłał urządzenia do siedziby Wykonawcy, dlatego nie ma konieczności naliczania w koszty transportu i naprawy kosztów dojazdu.

28. Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do napraw defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

Odpowiedź: Tak, ale zamienniki dopuszczone przez producenta również mogą być stosowane. Sprzęt po zastosowaniu takich zamienników musi być sprawny.

29. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 21. Omyłkowo wpisano akumulatory – 2 szt, prawidłowy zapis poniżej:**

Pakiet nr 21

Lp	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Producent	Ilość szt	Ilość przeglądów
1	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	Perffusor Space	2009	Braun	1	2
2	**Akumulatory**	x	x	x	1	x

30. W związku z odpowiedziami nr 2 i 16, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:**

I. SIWZ część III ust. 2 - otrzymuje brzmienie: „Zamówienie obejmuje **44 Pakiety**"

Dodaje się: **Pakiet nr 19A – Diatermie chirurgiczne**

Pakiet nr 19B – Diatermie chirurgiczne

II. SIWZ część III ust. 3 Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu medycznego:

Pakiet nr 19

Lp	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Producent	Ilość szt	Ilość przeglądów
2	Diatermia	CONMED SARBE 180	2001	Sarbe	1	2

W cenę przeglądu należy doliczyć koszt dojazdu.

Pakiet nr 19A

Lp	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Producent	Ilość szt	Ilość przeglądów
1	Diatermia	ES 120	2001	Metrum Med.	1	2

W cenę przeglądu należy doliczyć koszt dojazdu.

Pakiet nr 19B

Lp	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Producent	Ilość szt	Ilość przeglądów
3	Diatermia	Erbotorm ICC 300	2009	Erbe	1	2
4	Diatermia	ICC 300	2009	Erbe	1	2
5	Diatermia	ICC 200	2009	Erbe	1	2

W cenę przeglądu należy doliczyć koszt dojazdu.

III. SIWZ część V ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: **„2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa -** Wykonawca musi posiadać potwierdzenie że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.:

(...)

Pakiet nr 19	670,00 zł
Pakiet nr 19A	670,00 zł

Pakiet nr 19B	830,00 zł

(...)

IV. SIWZ część V ust. 3 pkt 3) ppkt a) otrzymuje brzmienie: **„wykaz usług**. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury i sprzętu medycznego (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju wskazanego przez Zamawiającego w wykazie) świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku (jednego roku) i minimalnej kwocie:

(...)

Pakiet nr 19	670,00 zł
Pakiet nr 19A	670,00 zł
Pakiet nr 19B	830,00 zł

(...)

31. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 12.05.2017 r.**

I. **SIWZ część XI ust. 6** - otrzymuje brzmienie: „(...) - nie otwierać **do dnia 12.05.2017r godz. 11:00**".

II. **SIWZ część XII ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale IX SIWZ należy złożyć do dnia **12.05.2017r., godz. 10:00 (...)"**

III. **SIWZ część XII ust. 4** otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (...), dnia **12.05.2017r. o godz. 11:00"**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska