Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/07/17/176

Oborniki, dnia 13.08.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/07/19

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów higienicznych i staplera liniowego wraz z akcesoriami,** ogłoszonego w dniu 06.08.2019r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

61. Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o poniższym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta 75 x 90cm

1 serweta 150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm

2 OP Taśmy 10 x 50cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,

1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odpowiedź: Nie, Zamawiającywymaga zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet 9 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foliowych ochraniaczy w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 8 opakowań a'100 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

63. Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania jałowej jednorazowej serwety, która posiada na opakowaniu min. 3 naklejki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

64. Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli majtki typu spodenki do kolonoskopii jednorazowego użytku. Jeśli nie, prosimy o możliwość zaoferowania powyższego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tak jak wpisane w formularzu cenowym i wymaga zaoferowania zgodnie z opisem.

65. Pakiet 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna 75 x 90 z przylepcem wokół otworu 6 x 8 cm. Gramatura min. 56g/m2, laminat."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet opisanych wyżej.

66. Pakiet 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna 50 x 60 z przylepcem wokół otworu 6 x 8 cm. Gramatura min. 56g/m2, laminat."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet opisanych wyżej.

67. Pakiet 11 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna przyklejana na dłuższym boku 50 x 60 cm. Gramatura min. 56g/m2,laminat."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet opisanych wyżej.

68. Pakiet 11 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna przyklejana na dłuższym boku 75 x 90 cm. Gramatura min. 56g/m2,laminat."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet opisanych wyżej.

69. Pakiet 11 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna przyklejana na dłuższym boku 200 x 150 cm"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

70. Pakiet 11 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna bez taśmy samoprzylepnej wykonana z laminatu 75 x 90 cm"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet opisanych wyżej.

71. Pakiet 11 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna z taśmą samoprzylepną wykonana z laminatu 100 x 150 cm"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

72. Pakiet 11 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zgodnie z poniższym opisem: „Serweta sterylna z taśm samoprzylepną wykonana z laminatu dwuwarstwowa 150 x 200 cm"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

73. Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy zostają bez zmian. Wykonawca może poinformować pracownika Zamawiającego zajmującego się zamówienia o powyższym adresie.

74. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji serwety z otworem o średnicy = 7 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

75. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji serwety o dłuższym boku, wymiary serwety: 200 x 150 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

76. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji serwety o dłuższym boku, wymiary serwety: 100 x 150 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

77. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji serwety o dłuższym boku, wymiary serwety: 150 x 200 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

78. dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycjach alternatywnego wysokiej jakości zestawu o lepszych parametrach, tj.:

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony, kieszeń na narzędzia chirurgiczne -_wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175x200cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75x90cm (wzmocnienie min. 45x60 cm)
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

79. dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycjach alternatywnego wysokiej jakości zestawu do operacji kończyn o lepszych parametrach, zgodnego z opisem:

– serwety w zestawie (niezawierające celulozy ani wiskozy), wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H_2O.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem min. 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep")
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne

- 1 dren 150 cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

80. dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycjach alternatywnego zestawu do operacji stawu biodrowego zgodnego z opisem:

Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace
o gramaturze min. 70g/m² .Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o wym. 240x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 20x95cm (wzmocnienie min. 150x160cm)

- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm

- 1 serweta o wym. 150x150cm

- 1 serweta o wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm

- 6 taśm samoprzylepnych wykonanych z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

81. dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycjach alternatywnego zestawu do operacji stawu biodrowego zgodnego z opisem:

Jałowy zestaw do chirurgii biodra- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace
o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)
- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm
- 1 serweta o wym. 150x150cm
- 1 serweta o wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wyżej opisanych parametrach.

82. dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości pełnoochronnego fartucha chirurgicznego zgodnego z opisem:

Jednorazowy pełnoochronny fartuch chirurgiczny bez wzmocnienia, wykonany w całości
z oddychającej włókniny bawełnopodobnej jednowarstwowej typu Spunlace (Sontara),
o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795. Fartuch u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7 cm. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości podczas wiązania zarówno z przodu jak i z tyłu **operatora. Oznaczenie** rozmiaru w postaci metki. Fartuch w kolorze niebieskim, włóknina bawełnopodobna o gramaturze 68g/m². Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma chłonnymi ręcznikami o wymiarach 30 cm x 40 cm oraz zawinięciem – tj. serwetą włókninową (60x60cm). Rozmiar M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

83. dotyczy Pakietu nr 20 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości pełnoochronnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego (fartuch o lepszych parametrach), zgodnego z opisem:

Jednorazowy pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany w całości
z oddychającej włókniny bawełnopodobnej jednowarstwowej typu Spunlace (Sontara),
o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795. Fartuch u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7 cm. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości podczas wiązania zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Fartuch w kolorze niebieskim, włóknina bawełnopodobna o gramaturze 68g/m². Wzmocnienie z „oddychającego" laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów.

- Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie - na sucho min. 317 KPA w strefie mniej krytycznej, min. 365 KPA w strefie krytycznej,

- Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie - na mokro min. 351 KPA (w strefie krytycznej)

- czystość pod względem cząstek stałych min. 3,2 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej)

- pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,5 Log 10(liczba cząstek),

- odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 180 cm H_2O, w obszarze mniej krytycznym 25 cm H_2O,


- odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100 cm^2 na całej powierzchni.

Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma chłonnymi ręcznikami o wymiarach 30 cm x 40 cm oraz zawinięciem – tj. serwetą włókninową (60x60cm). Rozmiar M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

84. dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycji Koszuli operacyjnej dla pacjenta jednorazowego użytku, wykonanej z ciemnoniebieskiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m^2. Koszula posiada krótkie rękawki oraz półokrągłe wycięcie pod szyją. Wiązana na troki (białe) przy szyi oraz w pasie. Dostępny rozmiar: uniwersalny. Jednorazowa.



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koszuli o wyżej opisanych parametrach.

85. dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6, 7, 8, 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zoferowania w ww. pozycjach serwet z laminatu dwuwarstwowego (laminat folii PE i włókniny PP).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet o wyżej opisanych parametrach.

Z upoważnienia dyrektora

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Oborniki, dnia 08 sierpnia 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana Małgorzata Ludzkowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, na postawie z § 7 ust. 5 i 6 Statutu SP ZOZ Oborniki. upoważniam **Ewę Łokaj** – Głównego Księgowego, do reprezentowania Zakładu w dniach od 09.08 do 18.08.2019r. w zakresie warunków dotyczących umów kontraktowych zdrowotnych z wyjątkiem innych spraw finansowych powyżej 3 tysięcy zł. (słownie: trzech tysięcy złotych) i pracowniczych.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska