Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/04/21/199

Oborniki, dnia 10.08.2021r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPD/04/21**

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **„Dostawa materiałów higienicznych przez okres 12 m-cy dla SP ZOZ Oborniki"** opublikowanego w dniu 04.08.2021r. w BZP pod nr 2021/BZP00136411/01.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 1

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył czas realizacji zamówienia. Punktowany termin dostaw Zamawiający wyznaczył od 3 do 7 dni. Panujący w dalszym ciągu stan epidemiczny w Polsce i na Świecie sprawia, że wielu producentów bielizny zmaga się z opóźnieniami w dostawach surowców, a co za tym idzie z brakami zapasów magazynowych. Ponadto w przypadku wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 22, tak krótki termin dostawy niestety jest też trudny do spełnienia ze względu na każdorazowe ustalenia przy zamówieniu, a mianowicie dotyczące kolorów, czy rozmiarów. Wykonawca każde zamówienie musi produkować na bieżąco – według zapotrzebowania.
Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, zmieni minimalny punktowany termin dostawy dla Pakietu nr 22 na co najmniej 10 dni roboczych, natomiast maksymalny na 15 dni roboczych?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy dla Pakietu nr 22. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów.

PYTANIE NR 2

Zamawiający wymaga odzieży zgodnej z normą PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. Z punktu widzenia epidemiologii, co jest bardzo ważne w obecnych czasach, bardzo istotnym, a pominiętym parametrem opisanym w ww. Normie jest czystość mikrobiologiczna.
Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne, wymaga aby cały asortyment z Pakietu nr 22 był w pełni zgodny z normą PN-EN 13795, co będzie potwierdzone przedstawionymi na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga, aby cały asortyment z Pakietu nr 22 był w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 odzież tj.: bluzy, spodnie i sukienki o wysokiej, lecz nie potwierdzonej wynikiem badania, przepuszczalności powietrza?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 22 odzież tj.: bluzy, spodnie i sukienki o wysokiej, lecz nie potwierdzonej wynikiem badania, przepuszczalności powietrza.

PYTANIE NR 4

Zamawiający w Pakiecie 22 złożył zapotrzebowanie na fartuchy wysokiego ryzyka. Fartuchy wysokiego ryzyka są dedykowane do bardzo długich, inwazyjnych i mokrych zabiegów. Ponadto są bardzo drogie w zakupie. W ofercie posiadamy fartuchy standardowego ryzyka, które charakteryzują się wysokim poziomem barierowości, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla zabiegów średnioinwazyjnych, a są znacznie tańsze.
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 w miejsce fartuchów wysokiego ryzyka fartuchy standardowe o konstrukcji jak poniżej:
- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 90 cm H2O, o maksymalnej gramaturze 120 g/m2
- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60%, o gramaturze max. 135 g/m2?
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 w/w parametry.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z pozycji 4 Pakietu 22 o wymiarze 175x180 cm + w-wa chł. 75x80?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 3 poz. 1 - Serweta z wycięciem U o wymiarach 150x250cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 3 poz. 2 - Osłona na przewody o wymiarach 15x240cm lub 15x250cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 3 poz. 4 - Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 40x30cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 3 poz. 5 - Taśma samoprzylepna z włókniny poliestrowej 40g/m2 , wymiar 9x50cm.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 4 - Zestaw w składzie:
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 5 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m2
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry.

PYTANIE NR 11

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 6 - Zestaw w składzie:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 osłona na kończynę 36 x 120 cm
1 serweta 100 x 150 cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U" 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry.

PYTANIE NR 12

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 11 - Serwety o gramaturze min. 60g/m2.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 11 poz. 6 - Serweta o wymiarach 180x150cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 11 poz. 8 - Serweta o wymiarach 100x150cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 11 poz. 9 - Serweta o wymiarach 150x180cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 13 - Zestaw w składzie wymaganych przez Zamawiającego z serwetami większymi, tj. **150x190cm** (w miejsce 140x190cm), **180x180cm** (w miejsce 170x175cm), taśmą **9x50cm** i dwoma ręcznikami **30,5x34cm**
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 17

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie produktów równoważnych - Pakiet 14 - Serweta trzywarstwowa z dodatkową łatą chłonną o wymiarach 230x300cm z otworem 3,5cm
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 18

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonana z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładana przez głowę, z krótkim rękawem. Długość: 92 cm. Kolor biały?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli o w/w parametrach.

PYTANIE NR 19

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładaną przez głowę, z krótkim rękawem, szeroka, dająca możliwość swobodnego stosowania u pacjentów otyłych, długość 105 cm , szerokość 90cm (obwód 180 cm), kolor niebieski?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli o w/w parametrach.

PYTANIE NR 20

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę, długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm)?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli o w/w parametrach.

PYTANIE NR 21

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 22

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U o wymiarach 150x250cm?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 23

Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24

Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 70x120cm, pakowaną a'2szt?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25

Pakiet 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26

Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10x50cm wykonaną z włókniny typu spunlance 68g/m2?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 27

Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 28

Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 29

Pakiet 8, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni nieprzemakalny wykonany z polietylenu; przezroczysty, mleczny; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 30

Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 31

Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch o kroju standardowym, chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch w kolorze niebieskim.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 32

Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 33

Pakiet 8, pozycja 2, 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 34

Pakiet 8, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 35

Pakiet 8, pozycja 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 36

Pakiet 8, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177 ml?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37

Pakiet 8, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 210 cm x 160 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 38

Pakiet 8, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne papierowe w rolce z perforacją co 37,5 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza,

PYTANIE NR 39

Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale III pkt. 7.

PYTANIE NR 40

Pakiet 11, poz. 2-5 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 41

Pakiet 11, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem w rozmiarze 6x8cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 42

Pakiet 11, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x150cm?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 43

Pakiet 11, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 44

Pakiet 11, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 45

Pakiet 12 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H_2O. Współczynnik pylenia 1.4$\log_{10}$. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź : Zamawiający wymga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 46

Pakiet 13 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 47

Pakiet 14 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 48

Pakiet 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 49

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne do cesarskiego cięcia o wymiarach 180/240x300cm z trapezowym otworem wypełnionym folią o wymiarach 23,5cm x 23,5cm x 22,5 cm x 33cm wyposażony w sztywnik?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 50

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, rozm. 10cm x 30cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 51

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kompres laparotomijny z tasiemką 45cm x 70cm, znacznik RTG, 6-warstwowe, 17-nitkowe, kolor biały?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 52

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści torbę papierową min. 9cm x 17,5cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 53

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe rozm. 6,5, TYPU Biogel?
Odpowiedź :Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 54

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150x190 cm, służącą do owinięcia zestawu, wykonaną z włókniny min. 23g/m2 oraz folii PE min. 35 g/m2?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 55

Pakiet 18, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 56

Pakiet 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 57

Pakiet 18, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm swz
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 58

Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap., wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 59

Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę w rozmiarach S- XXL?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 60

Pakiet 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 61

Pakiet 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarach S- XXL?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 62

Pakiet 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 7,5cm i gramaturze min. 225g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 63

Pakiet 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści ręczniczki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 64

Pakiet 20, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 7,5cm i gramaturze min. 225g/m2?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 65

Pakiet 20, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści ręczniczki w rozmiarze 30x30cm?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 66

Pakiet 20, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na penetracje mikrobiologiczną 48CFU/100cm2?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 67

Pakiet nr 3 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w kształcie U o wymiarach 150 x 245 cm z dodatkowym wzmocnieniem?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 68

Pakiet nr 3 Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody wykonane z polietylenu w rozmiarze 13 x 250 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza,

PYTANIE NR 69

Pakiet nr 3 Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej jednokomorowej, bez sztywnika w rozmiarze 38 x 43 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza,

PYTANIE NR 70

Pakiet nr 3 Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm, wykonanej z włókniny poliestrowej i folii poliuretanowej?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza,

PYTANIE NR 71

Pakiet nr 5 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta polietylenowa pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza,

PYTANIE NR 72

Pakiet nr 6 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra o składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
1 x serweta extra wzmocniona, U przylepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 cm
1 x serweta wzmoniona przylepna z warstwą przylepną 100 cm, 170 x 300 cm
1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 150 x 190 cm
1 x stokineta dwuwarstwowa 35 x 120 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza,

PYTANIE NR 73

Pakiet nr 11 Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę bez taśmy lepnej w rozmiarze 90 x 150 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 74

Pakiet nr 13 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 75

Pakiet nr 14 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy z padem chłonnym 245 x 320 cm, otwór 3 cm (pad 150 x 150 cm)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 76

Pakiet 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
1 serweta do zabiegów TUR 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125 cm , z otworem w okolicy krocza o średnicy 5 cm, z samoprzylepnym otworem nadłonowym o średnicy 8 cm, z bezlateksową osłoną na palec, ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z sitem i zaworem do podłączenia drenu
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 77

Pakiet 11 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm, gramatura laminatu min. 57,5 (+/- 1 g/m2)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 78

Pakiet 11 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm, gramatura laminatu 57,5(+/- 1 g/m2)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 79

Pakiet 11 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm - strona przylepna, gramatura laminatu 57,5(+/- 1 g/m2)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 80

Pakiet 11 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze laminatu 57,5(+/- 1 g/m2)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 81

Pakiet 11 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm - strona przylepna?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 82

Pakiet 11 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej w rozmiarze 150 x 180?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 83

Pakiet 13 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm
1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170cm
1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie zestawu o w/w składzie.

PYTANIE NR 84

Pakiet 14 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety :
Serweta operacyjna wzmocniona do zabiegów na kończynie dłoń/stopa 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm umieszczonym decentralnie ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Serweta posiada dodatkowe wzmocnienie.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 85

Pakiet 8, poz. 9

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 86

Pakiet 12 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych, składającego się z:

1. ręczniki x1 szt. o wymiarze 25x19 cm
2. taśma przylepna 9x50 cm
3. serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm
4. obłożenie do urologii z torbą na płyny, 190x150/250 cm, Ø 5 cm

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 87

pakiet 15, poz.1-2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego składającego się z:

- samoprzylepne obłożenie 75x90 cm, wymiar taśmy przylepnej 5x90 cm
- ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
- serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm
- taśma przylepna 9x50 cm
- koc dla dziecka 100x120 cm
- obłożenie pola z okryciem kończyn 280x250/225 cm

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 88

pakiet 16, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, troki, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze niebieskim, o gramaturze jednej warstwy ok.25 g/m2?
- Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 89

pakiet 16, poz. 2

- Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, troki, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze niebieskim, o gramaturze jednej warstwy ok.25 g/m2?
- Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 90

Pakiet 18, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kończyn składającego się z:

a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
b) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm
c) taśma przylepna 9x50 cm
d) obłożenie pola operacyjnego 100x150 cm
e) obłożenie kończyn 320x220 cm, otwór o średnicy 7x5 cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 91

pakiet 18, poz. 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra składającego się z:

- ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
- obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x240 cm, wymiar taśmy przylepnej 5x60 cm x1
- obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x1800 cm, wymiar taśmy przylepnej 5x60 cm x1
- taśma przylepna 9x50 cm x 2
- samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica otw, 105x7 cm x1
- serweta na stół narzędziowy, wzmocniony, 190x150 cm

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 92

pakiet 19, poz. 1-2

- Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką anty-statyczną, nie zawierający lateksu?
- Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.
- Czy zamawiający dopuści wycenę , za komplet, w jednej pozycji?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 93

Pakiet 21, poz. 1
Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP, posiadający wstawkę pochłaniającą pot w części przedniej?
Czy zamawiający dopuści czepek z trokami w tylnej części, bez wydłużenia?
Czy zamawiający dopuści gramaturę czepka 25 g/m2, natomiast wstawki pochłaniającej pot ok. 45 g/m2?
Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 94

Pakiet 21, poz. 2
Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP, przewiewna o gramaturze min. 10 g/m2?
Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Czy zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 95

Pakiet 21, poz. 1-2 - Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 - 2 do osobnego Pakietu. Zapisy nowej Ustawy Pzp nie przewidują możliwości dzielenia Pakietów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 96

Pakiet nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluszki dla niemowląt posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

PYTANIE NR 97

Pakiet nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla niemowląt posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

PYTANIE NR 98

Pakiet 1 poz. 7: czy Zamawiający wymaga, aby podkład wysokochłonny miał min. poziom chłonności 2000 g wg ISO 11948-1?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

PYTANIE NR 99

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści koszulę jednorazowego użytku dla pacjenta, długość 110 cm, włóknina SMS o gramaturze 35 g/m^2, kolor niebieski?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli o w/w parametrach.

PYTANIE NR 100

Pakiet 10: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek do kolonoskopii w rozmiarze M, L, XL?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie majtek o w/w rozmiarach.

PYTANIE NR 101

Pakiet 11, poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę bez przylepca?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 102

Pakiet 11, poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75 cm z przylepcem na krótszym boku, o gramaturze 56 g/m^2?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 103

Pakiet 11, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm z przylepcem na krótszym boku?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 104

Pakiet 11, poz. 8: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 105

Pakiet 11, poz. 9 : czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 106

Pakiet 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- serweta z przylepcem 1 szt. L2 240x150 cm
- serweta z przylepcem 1 szt. L2 180x170 cm
- serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 szt. L2 90x75 cm
- taśma medyczna 1 szt. Spunlace 50x9 cm
- serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150 cm
- serweta na stolik Mayo 1 szt. 145x80 cm
- serwetki do rąk 2 szt. włók. kom. 40x20 cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 107

Pakiet 19 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów pakowanych razem bluza+spodnie, niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m^2, składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic. Bluza posiada 3 kieszenie. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 108

Pakiet 20 poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standardowego ryzyka: sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m^2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 109

Pakiet 20 poz. 2: czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony: Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH_2O, mniej krytycznej min. 49cmH_2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt a oraz b wzoru umowy na 0,5% lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umowej w § 6 ust. 1 pkt a i b.

PYTANIE NR 111

par. 6 ust. 1b: czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy na: "z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości niezrealizowanej części Pakietu"? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zapisów umowy w § 6 ust. 1 pkt c.

PYTANIE NR 112

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź : Powyższy zapis jest równoznaczny ze zdaniem zawartym w załączniku nr 3 w § 6 ust. 3 pkt c) o następującej treści : *„Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami".*

PYTANIE NR 113

Pakiet 4 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o poniższym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
2 ręczniki do rąk 30 x 40cm
1 serweta 100 x 100cm
1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm
1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o w/w składzie.

PYTANIE NR 114

Pakiet 8 - Proszę zapytać jakiej gramatury włóknin w poszczególnych pozycjach oczekuje Zamawiający

Odpowiedź : Zamawiający nie oczekuje określonej gramatury.

PYTANIE NR 115

Pakiet 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze min. 60g/m2

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet o w/w parametrach.

PYTANIE NR 116

Pakiet 11 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 200cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 117

Pakiet 11 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 100cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

PYTANIE NR 118

Pakiet 11 poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 200cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o w/w parametrach.

ZMIANY ZAPISÓW SWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ:

1. Część VIII TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ pkt 1 w SWZ jest:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 12.09.2021r.**
Powinno być:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 16.09.2021r.**

2. Część XI TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1 w SWZ jest:
Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć **do dnia 13.08.2021r. do godz. 10:00.**
Powinno być:
Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć **do dnia 17.08.2021r. do godz. 10:00.**

3. Część XII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT pkt 1 w SWZ jest:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.08.2021r. o godz. 11:00.**
Powinno być:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.08.2021r. o godz. 11:00.**

4. Część XIV ZASADY OCENY OFERT pkt 1 w SWZ jest:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Cena oferty	-	80 %	-	max 80 pkt
2) Termin dostawy	-	20%	-	max 20 pkt

Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt; gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu: **od 3 do max 7 dni od złożenia zamówienia.**

Powinno być:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Cena oferty	-	80 %	-	max 80 pkt
2) Termin dostawy	-	20%	-	max 20 pkt

Sposób oceny ofert w zakresie „Termin dostawy", Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt; gdzie dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) od 3 do max 7 dni od złożenia zamówienia.

b) od 10 – 15 dni od złożenia zamówienia dotyczy Pakietu nr 22

5. UMOWA – załącznik nr 3 - § 3 pkt 3 jest :

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie ..... dni od złożenia zamówienia *(3 – 7 dni)*, w momencie przekroczenia wymienionego terminu Zamawiający nalicza karę umowną wg § 6 umowy. Mówiąc o dniach, Zamawiający ma na myśli dni od pon. - pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego w terminie ..... dni od złożenia zamówienia *(3 – 7 dni; dla Pakietu nr 22: 10 – 15 dni)*, w momencie przekroczenia wymienionego terminu Zamawiający nalicza karę umowną wg § 6 umowy. Mówiąc o dniach, Zamawiający ma na myśli dni od pon. - pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki :

SWZ po modyfikacji

załącznik nr 3 – umowa po modyfikacji

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska