SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ….....

Producent: ….....

Typ/ model: ….....

Kraj pochodzenia: ….....

Rok produkcji min 2016: ….....

Pakiet nr 4 DEFIBRYLATOR

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)	Punktacja
I	II	III	IV	V
1	Urządzenie nowe nie używane, wyklucza się urządzenie demo	TAK		
2	Nr katalogowy	Podać		
3	Zasilanie akumulatorowo - sieciowe	TAK		
4	Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz	TAK		
5	Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora	TAK		
6	Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90	TAK		
7	Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 60 defibrylacji z max energią	TAK		
8	Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem max 7 kg bez elektrod stałych	TAK, podać		

9	Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie (I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego	TAK		
10	Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45s.	TAK		
11	Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5”	TAK, podać. Dopuszcza się większą przekątną		
12	Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min.	TAK, podać. Dopuszcza się mniejszą dolną granicę 10 u/min		
13	Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0,5/1,0/2,0/4,0	TAK		
14	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania	TAK		
15	Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku na wbudowanej drukarce	TAK, podać		
16	Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu.	TAK		
17	Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony	TAK		
18	Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie.	TAK		

19	Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania	TAK		
20	Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V	TAK		
21	Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny	TAK		
22	Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna	TAK		
23	Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym	TAK		
24	Zakres regulacji energii defibrylacji minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji	TAK		
25	Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej	TAK		
26	Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane	TAK		
27	Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych	TAK		
28	Rejestrator termiczny, szerokość papieru min. 50 mm drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szybkość papieru, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc.	TAK		
29	Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia	TAK		

30	Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej	TAK		
31	Funkcja stymulacji zewnętrznej	TAK		
32	Pomiar SpO2 - w wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor	TAK, dopuszczalne inne technologie – należy podać		
33	Pomiar NIBP - wyposażeniu wężyk i mankiet dla dorosłych	TAK		
34	Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury oraz etCO2	TAK		
35	Menu aparatu w języku polskim	TAK		
WARUNKI GWARANCJI				
1	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesięcy, również w przypadku naprawy z winy użytkownika	podać		36 m-cy – 2 pkt; 38 m-cy – 5 pkt; 40 m-cy – 10 pkt
2	bezpłatne przeglądy urządzenia w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Terminu przeglądów pilnuje Wykonawca, 2 dni przed jego dokonaniem Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że będzie miał on miejsce.	TAK		
3	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni	TAK		
4	Gwarancja produkcji części zamiennych przez minimum 10 lat	TAK		
5	Punkty serwisowe	Podać		

6	Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty, potwierdzone certyfikatem	TAK		
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK		
8	deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia/powiadomienia albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych	TAK		
9	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK		

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 3 parametry.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp

UWAGA !

Nie spełnienie warunków określonych w kolumnie 3 - wymagana wartość skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczam, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.

2. Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy