SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ….....

Producent: ….....

Typ/ model: ….....

Kraj pochodzenia: ….....

Rok produkcji min 2016: ….....

Pakiet nr 5 Pompa infuzyjna

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)	Punktacja
I	II	III	IV	V
Pompa infuzyjna dwu-strzykawkowa				
1	Urządzenie nowe nie używane, wyklucza się urządzenie demo	TAK		
2	Zasilanie: 230VAC +/- 10%, 50 Hz	TAK		
3	Pobór mocy: maks. 10VA	TAK, podać		
4	czas pracy: 4h przy prędkości 100 ml/h; 24h przy prędkości 5 ml/h	TAK		
5	Czas ładowania: 24h	TAK		
6	Klasa ochronności: min. I, typ BF, IP31	TAK, podać		
7	Ciężar pompy: maks. 5 kg	TAK, podać		
8	Warunki pracy: temperatura otoczenia od +5 do +40 st. C	TAK		
9	System programowania dawki z możliwością ustawienia: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu	TAK		

10	Niezależne programowanie obydwu strzykawek	TAK		
11	Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji	TAK		
12	Praca ze strzykawkami 10-60 ml	TAK		
13	Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS	TAK		
14	Wbudowana biblioteka leków	TAK		
15	Możliwość długotrwałej pracy akumulatora	TAK		
16	Wbudowany system testów	TAK		
17	Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub innej szynie	TAK		
18	Szybkość dozowania: nastawiona co 0,1 ml/h w zakresie 0,1-99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100-500 ml/h	TAK		
19	Maksymalna szybkość dozowania BOLUSA nastawiona co 1 ml	TAK		
20	Dokładność dozowania: ±2%	TAK		
	INNE MOŻLIWOŚCI			
21	Likwidacja bolusa okluzyjnego	TAK		
22	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek	TAK		
23	Informacja o poziomie naładowania akumulatora	TAK		
24	Wskaźnik ciśnienia infuzji	TAK		
25	Programowanie nazwy oddziału	TAK		
26	Blokada zmiany parametrów hasłem	TAK		
27	Funkcja STEND – BY	TAK		

28	Czas utrzymania danych w pamięci: min. 10 lat	TAK		
29	Regulacja głośności alarmu: 3 poziomy, ton narastający, przerywany lub ciągły	TAK		
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU				
1	bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres	podać		36 m-cy – 1 pkt; 38 m-cy – 3 pkt; 40 m-cy – 6 pkt; 44 m-ce – 8 pkt; 48 m-cy –10 pkt
2	bezpłatne przeglądy urządzenia w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu urządzenia. Terminu przeglądów pilnuje Wykonawca, 2 dni przed jego dokonaniem Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że będzie miał on miejsce.	TAK		
3	zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w siedzibie serwisu w czasie powyżej 5 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w terminie 48 godz. po upływie wyżej opisanych 5 dni	TAK		
4	Gwarancja produkcji części zamiennych przez minimum 10 lat	TAK		
5	Punkty serwisowe	TAK		
6	Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty	TAK		
7	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim	TAK		
8	deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia/powiadomienia albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych	TAK		

9	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK		

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 3 parametry.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp

UWAGA !

Nie spełnienie warunków określonych w kolumnie 3 - wymagana wartość skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczam, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.
2. Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy