Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L.Dz.KO/03/20/10 Oborniki, dnia 17.04.2020r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: KO/03/20

Dot. konkursu **na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań,** ogłoszonego w dniu 08.04.2020r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZĘŚĆ III

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 10

Z SWKO wynika, że poprzez integrację rozumieją Państwo konfigurację węzła DICOM:

„Przyjmujący zamówienie w trakcie wykonywania umowy będzie stosował do świadczenia zamówionych usług system informatyczny zintegrowany (poprzez integrację systemów rozumie się integrację poprzez konfigurację węzła DICOM)....”

Natomiast z odpowiedzi na pytanie nr 7 i pytanie nr 8 wynika, że Udzielający zamówienia wymaga integracji protokołem HL7:

„Udzielający Zamówienia wymaga wykonania integracji przez Przyjmującego Zamówienie w standardzie HL7 z systemem RIS Udzielającego Zamówienie. Odpowiedź: Tak, Udzielający Zamówienia wymaga odesłania opisu do systemu RIS w standardzie HL7”

I jedynie dopuszcza rozwiązanie przejściowe jako konfiguracja węzła DICOM. Proszę o doprecyzowanie, ponieważ konfiguracja węzła DICOM nie obejmuje integracji HL7.

Odpowiedź: W związku z odpowiedziami udzielonymi w dniu 16.04.2020r. i złożonym zapytaniem w dniu dzisiejszym tj. 17.04.2020r., Zamawiający udziela odpowiedzi dotyczącej integracji systemów tj.:

Udzielający Zamówienie poprzez integracje systemów rozumie integrację poprzez konfigurację węzła DICOM. W związku z czym Udzielający Zamówienie rezygnuje z integracji HL7.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska