Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZODK/03/22/02

Oborniki, dnia 03.02.2022r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy : **ZOD/03/22**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na **zakup wózków do transportu zwłok oraz wózka do transportu pacjentów.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania :

1. Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej 790mm, długości 2040 mm oraz o wymiarach materaca 1900x 670mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z wysokością regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600- 900mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka od strony nóg pacjenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną od strony nóg pacjenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie posiada listew aluminiowych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZO.

5. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w nierdzewne szyny?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZO.

6. Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z lakierowanymi uchwytami do prowadzenia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZO.

7. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe, jednoosiowe?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz 5 pionowych. Długość barierek 1500mm natomiast szerokość 380 mm nad poziomem leża.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZO.

9. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym osłona podwozia nie jest odejmowalna, ale można ją podnieść na czas mycia i dezynfekcji? Reszta wymogów zgodna z SWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZO.

10. Punkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralną blokadą kół dostępną przy dwóch koła od strony nóg pacjenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZO.

11. Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym możliwy jest tylko 1 kolor ramy, tj. biały. Reszta wymogów zgodna z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak