Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L.Dz.KO/03/20/08

Oborniki, dnia 16.04.2020r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: KO/03/20

Dot. konkursu **na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań,** ogłoszonego w dniu 08.04.2020r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZĘŚĆ II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 7
Czy Udzielający Zamówienie wymaga wykonania integracji przez Przyjmującego Zamówienie w standardzie HL7 z systemem RIS Udzielającego Zamówienie?

Odpowiedź: Tak, Udzielający Zamówienie wymaga wykonania integracji przez Przyjmującego Zamówienie w standardzie HL7 z systemem RIS Udzielającego Zamówienie.

PYTANIE NR 8
Czy Udzielający Zamówienie wymaga odesłania opisu badania do systemu szpitalnego RIS/PACS? Jeżeli tak to w jakim standardzie (DICOM, HL7) ? Czy wystarczy dostęp do opisów w formie pliku PDF podpisnadego elektroncznie ?

Odpowiedź: Tak, Udzielający Zamówienie wymaga odesłania opisu do systemu RIS w standardzie HL7.

PYTANIE NR 9

Czy w przypadku wymogu wykonania integracji tylko w zakresie DICOM (dodanie węzła DICOM Przyjmującego Zamówienie do szpitalnego systemu PACS), Udzielający Zamówienie zgodzi się na następującą procedurę wykonywania zlecenia do systemu Teleradiologii:

a) Wysyłanie badania w standardzie DICOM z szpitalnego systemu PACS na bramkę PACS Przyjmującego Zamówienie.

b) Rejestracja zlecenia w systemie Teleradiologii Przyjmującego Zamówienie (m.in. wpisanie danych pacjenta, wybór rodzaju badania, dodanie skierowań i dokumentów, wybór trybu opisu, dane lekarza kierującego, powiązanie zlecenia z badaniem).

c) Potwierdzenie zlecenia na opis.

d) Odbiór zleecenia (opis badania) w postaci pliku PDF podpisanego elektroncznie.

Odpowiedź: Udzielający Zamówienie wymaga pełnej integracji z systemem RIS/PACS Udzielającego Zamówienie, umożliwiającej przesyłanie obrazów radiologicznych z PACS do systemu teleradiologii oraz dostarczania opisów z systemu teleradiologii badań do RIS.

W okresie od podpisania umowy z Przyjmującym Zamówienie, Udzielający Zamówienie dopuszcza przejściowe rozwiązania tj. maksymalnie do 3 m-cy w zakresie propozycji procedury opisanej w Pytaniu nr 9.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska