Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZODK/14/22/21

Oborniki, dnia 21.10.2022r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy : **ZOD/14/22**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na **dostawę materiałów higienicznych przez okres 11 m-cy dla SP ZOZ Oborniki.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania :

1. Dotyczy Pakietu 2

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego bez wzmocnienia zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/ m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/ m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m2- owinięty w papier krepowy
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakietu nr 2

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniem o następujących parametrach:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/ m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/ m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m2- owinięty w papier krepowy

- odporność na wypychanie na sucho: min. 242 kpa
- odporność na wypychanie na mokro: min. 221 kPa
- pylenie 3,6 log 10 (liczba cząstek)
- odporność na przenikanie cieczy w obszarach wzmocnionych min. 175 cm H2O, w obszarze niewzmocnionym min. 22,5 cm H2O
- odporność na penetracje mikrobiologiczną na mokro 2,05 CFU/ 100 cm (norma 13795 określa wymagania dla obu stref: =< ***300***, czyli max. 300 CFU/ 100 cm) - kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m2- owinięty w papier krepowy
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści poliestrowy mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści poliestrowy mankiet o gramaturze 280g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pylenie 3,26 log10 w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czystość mikrobiologiczną 39,5 CFU/100cm2 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska