SP ZOZ OBORNIKI 89

LISTA KONTROLI STANOWISKA ZNIECZULENIA

SALA OPERACYJNA .....

DATA .....

			PARAFA
I. SALA OPERACYJNA	1. Oświetlenie	JEST, WYSTARCZAJĄCE	
	2. Stół operacyjny z oprzyrządowaniem	SPRAWNY	

II. GAZY MEDYCZNE	1. Ciśnienie O_2 i powietrza	4,0 - 6.0 bar	
	2. Ciśnienie N_2O	5,2 - 5.5 bar	
	3. Ciśnienie próżni	od -0,4 do -0,7 bar	
	4. Odciąg gazów	WYŁĄCZONY. SPRAWNY	
	5. Butle rezerwowe O_2	Ciśnienie > 100 bar	
	6. Podłączenie zasilania w gazy	PRAWIDŁOWE	

III. APARAT DO ZNIECZULENIA	1. Zasilanie elektryczne	JEST	
	2. Parowniki	ZAMKNIĘTE, WYPEŁNIONE	
	3. Halothan	BEZBARWNE W PAROWNIKU	
	4. Wapno w pochłaniaczu	JEST, ŚWIEŻE	
	5. Przepływomierze	SPRAWNE	
	6. Nagły dopływ tlenu	SPRAWNY	
	7. Szczelność układu anestetycznego	JEST, BRAK PRZECIEKÓW	
	8. Zastawka nadciśnieniowa	SPRAWNA	
	9. Zastawka PEEP	NA „0"	
	10. Układ z respiratorem	SPRAWNY, SZCZELNY	
	11.Czujnik tlenu	WYKALIBROWANY	
	12. Czujnik przepływu	WYKALIBROWANY	
	13. Inna aparatura monitorująca ukł.oddech.	SPRAWNA	
	14. Maski twarzowe	PRZYGOTOWANE	

IV. APARATURA MONITORUJĄCA	1. Monitor EKG	SPRAWNY	
	2. Pulsoksymetr	SPRAWNY	
	3. Kapnograf	SPRAWNY	
	4. Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego	SPRAWNY	

z. 1692/2018 "DRUK" Warszawa, ul. Przasnyska 11/U1B, tel. 22 639 30 41/42; fax 22 639 30 40
Gdańsk, ul. Abrahama 7, tel./fax 58 557 59 05 www.pphudruk.com.pl

V. ZESTAW INTUBACYJNY	1. Laryngoskop i łopatki	SPRAWNE	
	2. Zestaw rurek inkubacyjnych	SPRAWDZONY	
	3. Akcesoria do mocowania rurki	PRZYGOTOWANE	
	4. Strzykawka do uszczelnienia mankietu	PRZYGOTOWANE	
	5. Prowadnice (różne)	PRZYGOTOWANE	
	6. Kleszczyki Magilla	PRZYGOTOWANE	
	7. Zestaw rurek ustno-gardłowych	PRZYGOTOWANY	
	8. Maski krtaniowe	SPRAWDZONE	
	9. Lidokaina - żel, spray	PRZYGOTOWANE	

VI. INNE SPRZĘTY	1. Ssak	SPRAWNY	
	2. Worek samorozprężalny	SPRAWNY	
	3. Zestaw do znieczuleń przewodowych	SPRAWDZONY	
	4. Drobny sprzęt jednorazowy	PRZYGOTOWANY	
	5. Dozownik tlenu z drenem i maską	PRZYGOTOWANY	

VII. LEKI	1. Anestetyki dożylne	SPRAWDZONE	
	2. Leki przeciwbólowe	SPRAWDZONE	
	3. Środki zwiotczające	SPRAWDZONE	
	4. Leki miejscowo znieczulające	SPRAWDZONE	
	5. Płyny infuzyjne	SPRAWDZONE	
	6. Leki dodatkowe	SPRAWDZONE	
	7. Zestaw leków ratunkowych	PRZYGOTOWANY	
	8. Napisy na strzykawki	PRZYGOTOWANE	

Na pewno o niczym nie zapomniałam(em)? **NIE**

UWAGI, BRAKI. USTERKI

.....
PODPIS PIELĘGNIARKI

.....
PODPIS LEKARZA