Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpitaloborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZODK/19/21/60

Oborniki, dnia 22.10.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZOD/19/21**

Dotyczy : Zapytania Ofertowego na **dostawę materiałów higienicznych – masek, czepków oraz zestawów do operacji kończyn przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ Oborniki.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania:

PYTANIE NR 1

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu :
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm
1 serweta 150 x 190 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Materiał serwety głównej 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. (łączna gramatura części chłonnej 155g/m2)
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.
Zestawy dostarczane w op. transportowym: (2 dyspensery po 4 szt)

Odpowiedzi : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.

PYTANIE NR 2

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu :
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 osłona na kończynę 36 x 65 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2.
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. (łączna gramatura części chłonnej 140g/m2)
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Zestawy dostarczane w op. transportowym: (2 dyspensery po 6 szt)

Odpowiedzi : Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w/w zestawu.

PYTANIE NR 3

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu :
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 osłona na kończynę 36 x 120 cm
1 serweta 100 x 150 cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U" 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze
60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2)
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Zestawy dostarczane w op. transportowym: (2 dyspensery po 4 szt)

Odpowiedzi : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.

PYTANIE NR 4

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu :
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 osłona na kończynę 36 x 120 cm
1 serweta 100 x 150 cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U" 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze
60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2)
kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. 30 x 40cm – dostępna oddzielnie;
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Zestawy dostarczane w op. transportowym: (2 dyspensery po 4 szt)

Odpowiedzi : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.

PYTANIE NR 5

Pakiet nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90, gramatura wzmocnienia min. 85 g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 262 cm H2O
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Odpowiedzi : Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

PYTANIE NR 6

Pakiet nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Odpowiedzi : Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

PYTANIE NR 7

Pakiet nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
4 ręczniki
2 serwety na stolik Mayo 78 x 145 cm
5 taśm samoprzylepnych 9 x 50 cm
1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż podtrzymujący 12 cm x 6m

3 serwety samoprzylepne, 2-warstwowe 75 x 90 cm
1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 180 x 180 cm z materiałem wzmocnienia 15 x 50 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 230 x 260 cm z wycięciem 'U' 20 x 100 cm,
z materiałem wzmocnienia 75x140cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 150 x 240 cm

Odpowiedzi : Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska