F O R M U L A R Z C E N O W Y

Pakiet nr 2 - Testy kontroli sterylizacji

Lp	Asortyment	Cena netto za 1 szt	Ilość na 24 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy
1	Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, do kontroli sterylizacji parą wodną, klasa 4, informacja o klasie testu i zgodności z Normą EN 867 umieszczoną na każdym teście.		24 000	szt						
2	Chemiczny test paskowy, wieloparametrowy do sterylizacji parowo – formaldehydowej, w formie paska papierowego, spełniający Normę EN 687 – 1		4 000	szt						
3	Test kontroli wsadu parowo - formaldehydowego, gdzie czynnikiem sterylizującym jest para i formaldehyd o stężeniu minimum 1-2%, klasa 5, aplikator typu Helix, spełniający Normę EN 687 – 1		200	szt						
4	Test biologiczny do kontroli sterylizacji formaldehydowej +pożywka z podłożem TBS w szklanej probówce, spełniający normę EN 866-7		200	szt						
5	Test biologiczny, ampułkowy do sterylizacji parą wodną, zawierający spor bakterii Geobacillus stearothermopilus odczyt po 10 godzinach inkubacji. Spełniające Normę EN 867-3. W zestawie inkubator do ww testów.		1 000	szt						
6	Emulator klasa VI, para 134 C – 7 min, 121 C – 20 min. Pakowany po 250 szt.		5 000	szt						
7	Testy paskowe B&D z przesuwalną substancją wskaźnikową. Oznaczenie normy na każdym wskaźniku. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowane po 100 szt.		1 500	szt						

8	Zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową Klasa V, dwa okienka, z czego jedno jest oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności procesu. Informacja o klasie testu i zgodności z Normą ISO 11 140 umieszczoną na teście. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowany po 100 szt		5 000	szt						
Razem:						**X**			**X**	**X**

_____

Podpis Wykonawcy