**F O R M U L A R Z  C E N O W Y**

**Pakiet nr 2 -** Testy kontroli sterylizacji

| Lp | Asortyment | Cena netto za 1 szt | Ilość na 24 m-ce | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer Katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, do kontroli sterylizacji parą wodną, klasa 4, informacja o klasie testu i zgodności z Normą EN 867 umieszczoną na każdym teście. | | 24 000 | szt | | | | | | |
| 2 | Chemiczny test paskowy, wieloparametrowy do sterylizacji parowo – formaldehydowej, w formie paska papierowego, spełniający Normę EN 867 – 1 | | 4 000 | szt | | | | | | |
| 3 | Test kontroli wsadu parowo - formaldehydowego, gdzie czynnikiem sterylizującym jest para i formaldehyd o stężeniu minimum 1-2%, klasa 5, aplikator typu Helix, spełniający Normę EN 867 – 1 | | 200 | szt | | | | | | |
| 4 | Test biologiczny do kontroli sterylizacji formaldehydowej +pożywka z podłożem TBS w szklanej probówce, spełniający normę EN 866-7 | | 200 | szt | | | | | | |
| 5 | Test biologiczny, ampułkowy do sterylizacji parą wodną, zawierający spor bakterii Geobacillus stearothermopilus odczyt po 10 godzinach inkubacji. Spełniające Normę EN 867-3. W zestawie inkubator do ww testów. | | 1 000 | szt | | | | | | |
| 6 | Emulator klasa VI, para 134 C – 7 min, 121 C – 20 min. Pakowany po 250 szt. | | 5 000 | szt | | | | | | |
| 7 | Testy paskowe B&D z przesuwalną substancją wskaźnikową. Oznaczenie normy na każdym wskaźniku. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowane po 100 szt. | | 1 500 | szt | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową Klasa V, dwa okienka, z czego jedno jest oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności procesu. Informacja o klasie testu i zgodności z Normą ISO 11 140 umieszczoną na teście. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowany po 100 szt | | 5 000 | szt | | | | | | |
| Razem: | | | | | | **X** | | | **X** | **X** |

_____

*Podpis Wykonawcy*